



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 10.11.2010 r.

DZPZ-530-Zp/98/PN-85/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń – Zp/98/PN-85/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej obłożeń okulistycznych wykonanego z chłonnego nieprzemakalnego laminatu zgodnie z normą EN 13795 o gramaturze 60,5g/m² o składzie:

- a). serweta o wym. 130 x 150 cm, wyposażona w otwór (9 x 12cm) wypełniony folia chirurgiczna oraz warstwę chłonna wokół otworu.
- b). kieszeń przylepna o wym. 20 x 20cm do przechwytywania płynów.

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1, poz. 1, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności oferty zgodzi się na wyłączenie z Pakietu 1 pozycji 1,4,5,6 lub pozwoli na składanie ofert na poszczególne pozycje Pakietu 1?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pakowane w torebkę papierowo-foliową i karton o składzie:

- 1 serweta z przylepcem o wymiarach 240cm x 180cm
- 1 serweta z przylepcem o wymiarach 180cm x 150cm
- 2 serwety z przylepcem o wymiarach 90cm x 80cm
- 1 serweta na stół instrumentarium o wymiarach 140cm x 180cm
- 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 145cm x 80cm
- 4 ręczniki celulozowe o wymiarach 50cm x 40cm
- mocująca taśma medyczna 50cm x 10cm



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę z włókniny dwuwarstwowej foliowaną wiskozowo-polietylenową w rozmiarze 45cm x 45 cm, pakowaną w torebkę papierowo-foliową oraz karton?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę z włókniny dwuwarstwowej foliowaną wiskozowo-polietylenową w rozmiarze 90cm x 80 cm, pakowaną w torebkę papierowo-foliową oraz karton?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści asortyment zgodny z SIWZ pakowany w torebkę papierowo-foliową oraz karton?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 7, dot. umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jeśli nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT)"?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści gramaturę obłożenia bez obszaru wzmocnień 51 gr/m² a w obszarze wzmocnionym 157 gr/m²?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm);
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 140 cm (wzmocnienie 75 x 70 cm);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 240 cm (wzmocnienie 30 x 80 cm);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 x 170 cm (wzmocnienie 50 x 80 cm);
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm wykonane z całości z warstwy wzmocnionej o gramaturze 106 gr/m²;



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 30 cm.

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści gramaturę obłożenia wraz ze wzmocnieniem o wartości 106 gr/ m²?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm);
- 1 obłożenie stoika Mayo złożone teleskopowo 80 x 140 cm (wzmocnienie 75 x 70 cm);
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 65 cm z organizatorem przewodów i wzmocnieniem 100 x 80 cm;
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 x 240 cm;
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 30 cm.

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści gramaturę obłożenia wraz ze wzmocnieniem o wartości 106 gr/ m²?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm);
- 1 obłożenie stoika Mayo złożone teleskopowo 80 x 140 cm (wzmocnienie 75 x 70 cm);
- 1 serweta samoprzylepna (ekran anestetyczny) 150 x 240 cm;
- 1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 150 x 200 cm; wycięcie „U” 6,5 x 65 cm z organizatorem przewodów i wzmocnieniem 100 x 80 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm;
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 30 cm.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 11, dot. pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści serwetę do obłożenia stolika Mayo o wymiarach 80 x 140 cm?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści kieszeń samoprzylepną z przezroczystej folii, 2 komorową o wymiarach 30 x 40 cm?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie w/w pozycji z pakietu nr 1 i stworzenie osobnego pakietu.

Wyodrębnienie w/w pozycji z pakietu i umożliwi zwiększenie ilości ofert w zakresie pozostałych pozycji w pakiecie nr 1 oraz zwiększenie zakresu możliwości wyboru najlepszej przez Zamawiającego.

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:
nietekstylne obłożenie z folią do nacięcia:

- rozmiar całkowity 120 x 170 cm;
- folia do napięcia 10 x 10 cm;
- torebka do zbierania płynu 25 x 26 cm o pojemności powyżej 250 ml;
- knot do odprowadzania krwi i płynów z pola operacyjnego.

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta na stół 100 x 150 cm;
- 1 x serweta operacyjna 120 x 170 cm z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynu;
- z wzmocnieniem do odpowiedniego ukształtowania, otwór 10 x 10 cm;
- 2 x ręczniki do rąk?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie fartuchów do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej ilości oferentów?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakiet nr 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4-5 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej ilości oferentów?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakiet nr 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w papier krepowy i opakowanie folia-papier?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 19 dot. pakiet nr 1, poz. 6-7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 6-7 do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu umożliwi lepszy wybór spośród większej ilości oferentów?

Odp. Nie

Pytanie 20 dot. pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozm. 80 x 140 cm nie składaną teleskopowo?

Odp. Nie

Pytanie 21 dot. pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odp. Nie