

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Łóżka dziecięce (niemowlęce)

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łóżka dziecięce (niemowlęce)	szt.	4					
			RAZEM					

WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ POKRYTE LAKIEREM POLIESTROWO-EPOKSYDOWYM W KOLORZE BIAŁYM.

WYPOSAŻONE W KRAŻKI ODOJOWE ORAZ 4 KÓŁKA JEZDNE Z INDYWIDUALNĄ BLOKADĄ I OBROTU 9ŚREDNICA 10-15cm)

DODATKOWO WYPOSAŻONE W UCHWYT ZEWNĘTRZNY RĘCZNY (NA CAŁEJ SZEROKOŚCI WEZGŁOWI I OD STRONY NÓG)

LEŻE WYPEŁNIONE SIATKĄ METALOWĄ, WZMOCNIONE PŁASKOWNIKAMI ORAZ RUCHOMYM WEZGŁOWIEM I OD NÓG.

WYMIAR LEŻA 70X140 cm

WYSOKOŚĆ LEŻA 74cm

MECHANICZNA REGULACJA LEŻA (UNOSZENIA LEŻA)

BARIERKI BEZPIECZEŃSTWA BOCZNE -STEROWANE PRZY POMOCY PEDAŁÓW NOŻNYCH I TŁOCZYSK.

WYMIAR ZEWNĘTRZNY:84X166cm

WYSOKOŚĆ SZCZYTÓW:155cm

MATERAC DOPASOWANY Z POKROWCEM Z TKANINY ZMYWALNEJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ.

Pakiet nr 2
Łóżka szpitalne

L.p.	NAZWA	J.M.	IŁOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Łóżka szpitalne	szt.	5					
			RAZEM					

WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ POKRYTE LAKIEREM POLIESTROWO-EPOKSYDOWYM.
W KOLORZE BIAŁYM.
LEŻE WYPEŁNIONE SIATKĄ METALOWĄ, DODATKOWO WZMOCNIONE PŁASKOWNIKAMI ORAZ
RUCHOMYM WEZGŁOWIEM.
KÓŁKA Z INDYWIDUALNĄ BLOKADĄ I OBROTU DWÓCH KÓŁ.
KRAŻKI ODBOJOWE.
SZCZYTY Z PŁYTY HPL W KOLORZE BIAŁYM LUB DREWNOPODOBNYM.
PORĘCZEBOCZNE OBUSTRONNE, BLOKOWANE ZA POMOCĄ ZATRZASKÓW.
DŁUGOŚĆ ŁÓŻKA 220cm
SZEROKOŚĆ ŁÓŻKA 95cm

MATERAC DOPASOWANY Z POKROWCEM Z TKANINY ZMYWALNEJ PAROPRZEPUSZCZALNEJ

Pakiet nr 3**Lampa szczelinowa, Tonometr aplanacyjny, Stolik elektryczny**

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Lampa szczelinowa	szt.	2					
2.	Tonometr aplanacyjny	szt.	1					
3.	Stolik elektryczny	szt.	2					
			RAZEM					

Ad. 1**PARAMETRY:**

1.	Lampa szczelinowa z prowadzeniem szczeliny w układzie ZEISS	TAK
2.	Minimum 3 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 8 do 20 x	TAK Podać
3.	Okulary operatora z korekcja wady min. +/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x	TAK Podać
4.	Wysokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie oraz skokowo	TAK Podać
5.	Szerokość szczeliny min. 14 mm Regulowana płynnie	TAK Podać
6.	Obrót szczelinowy w zakresie min. +/- 90° płynny	TAK Podać
7.	Oświetlenie halogenowe regulowane płynnie	TAK

8.	Dystans roboczy pryzma – oko pacjenta min. 70 mm	TAK Podać
9.	Filtry : niebieski, zielony (bezczerwienny), żółty, zabezpieczający przed promieniowaniem UV, pochłaniający ciepło, płytka matowa do rozproszenia światła	TAK
10.	Podpórka pod brodę i czoło pacjenta	TAK
11.	Zasilacz zintegrowany z aparatem eliminujący potrzebę montowania dodatkowych skrzynek pod blatem stolika	TAK
12.	Stolik o napędzie elektrycznym	TAK
13.	Tonometr aplanacyjny ze standardem Goldmanna	TAK

Ad. 2

PARAMETRY :

1. Możliwość zamontowania na lampie szczelinowej bez konieczności demontażu po badaniu każdego pacjenta.
2. Zakres pomiarowy : 0- 80 mmHg.

Ad. 3

PARAMETRY :

1. Możliwość zamontowania na nim lampy szczelinowej
2. Cicha, płynna praca
3. Wbudowane w podstawę kółka jezdne do łatwego przemieszczania stolika

Pakiet nr 4
Perymetr

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Perymetr	szt.	1					
			RAZEM					

Parametry :

1. Perymetr projekcyjny do badania statycznego i kinetycznego pola widzenia w zakresie do minimum 90° z wykorzystaniem I, II, III, IV, V znaczka Goldmanna.
2. Kontrola fiksacji w czasie rzeczywistym. Bodziec nie jest wyświetlany w przypadku złej fiksacji.
3. Automatyczne rozpoznanie, które oko jest badane. Kontrola pozycji głowy pacjenta.
4. Sferyczna czasza perymetru w standardzie Goldmanna (promień czaszy 30 cm).
5. Dobór oświetlenia czaszy (tła) 4, 31, 314 asb.
6. Dobór czasu ekspozycji bodźca 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1000 ms.
7. Metody badania pola widzenia:
 - statyczna perymetria białym znaczkiem na białym tle,
 - kinetyczna perymetria do oznaczenia granic pola widzenia.
8. Strategie progowe:
 - normalna strategia z wielokrotnym przejściem przez próg postrzegania kontrastu z sztywno ustalonymi krokami,
 - strategia z modyfikacją kroku w zależności od rozpoznawanego pola,
 - szybka strategia progowa (badanie pola centralnego do 30° w czasie do 2,5 min).
9. Programy testowe:
 - program celowany jaskrowy,
 - program badania plamki żółtej,
 - 3 poziomy skrining pola (norma, mroczek względny, mroczek bezwzględny),
 - badanie pola centralnego u osób słabo widzących,
 - badanie pola widzenia peryferyjnego u osób słabo widzących,
 - badanie celowane w cukrzycy,

- test opanowania powiek,
- test Estermana.
- 10. Pomiar średniej szerokości źrenicy. Zautomatyzowany uchwyt na szkło korekcyjne. Zdalne sterowanie odległości szkła od oka pacjenta.
- 11. Stolik pod perymetr ze sterowaniem elektrycznym wysokości.
- 12. Zewnętrzny komputer PC z systemem operacyjnym, monitorem, klawiaturą, myszką. Archiwizacja badań. Obsługa programu i wydruki w języku polskim. Stolik na system komputerowy. Dostęp sieciowy.
- 13. Zastosowanie źródeł światła dla bodźca, tła, fiksatora z czasem życia $> 20\,000$ godzin pracy bez konieczności wymiany.