



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.11.2010 r.

DZPZ-530-Zp/99/PN-86/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy łóżeczek dziecięcych, łóżek szpitalnych, lampa szczelinowa, tonometr aplanacyjny, stolik elektryczny, perymetru – Zp/99/PN-86/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2110 mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2130 mm?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający mógłby wyjaśnić czego oczekuje od wykonawcy formułując zapis; „...LEŻE WYPEŁNIONE SIATKĄ METALOWĄ, WZMOCNIONE PŁASKOWNIKAMI ORAZ RUCHOMYM WEZGŁOWIEM I OD NÓG...”?

Odp. Odstępuję od wezgłowia dwustronnego, czyli „od nóg” i bez wzmocnienia płaskownikami.

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżeczka, dopuści łóżeczka z leżem o wymiarach ;658 mm x 1335 mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżeczka, dopuści łóżeczka z regulacją wysokości leża w zakresie od 505 mm do 805 mm?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżeczka, dopuści łóżeczka o wymiarach zewnętrznych ;765 mm x 1600mm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty dopuści łóżeczka wyposażone w bariery boczne z regulacją wysokości przy pomocy mechanizmów umieszczonych w poręczach bocznych?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 1

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżeczka, dopuści łóżeczka w których szczyty mają wysokość 150 mm?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 2

Czy zamawiający z uwagi na możliwość złożenia korzystnej cenowo oferty na łóżka, dopuści łóżka o szerokości 97 cm?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienie z 42 dni od daty zawarcia umowy do 70 dni? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 11, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 223 cm?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o całkowitej szerokości 104 cm?

Odp. Tak

Pytanie 13 dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem bez dodatkowych wzmocnień, o dopuszczalnym obciążeniu 170 kg?

Odp. Tak

Pytanie 14 dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z korekcją okularów operatora w zakresie +/- 6,0 dptr?

Odp. Tak