

Wałbrzych 30.11.2010 r

DZPZ-530-Zp/100/PN-87/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii – Zp/100/PN-87/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 51 **Mankiet ciśnieniowy do szybkiej infuzji** wyposażony w:

- wykonany z transparentnego materiału umożliwiającego obserwację wtłaczanego płynu,
- wyposażony w uchwyt do zawieszenia, haczyk na opakowanie z płynem po wewnętrznej stronie kieszeni mankieta,
- ogranicznik ciśnienia (zawór bezpieczeństwa),
- manometr ciśnienia,
- trójdrożny zawór kranikowy,
- ergonomiczna wysokowydajna gruszka,
- całość całkowicie zespolona bez możliwości jej ewentualnego rozłączania,
- produkt bezlateksowy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.