

Wałbrzych 13.12.2010 r

DZPZ-530-Zp/100/PN-87/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii – Zp/100/PN-87/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz wysokociśnieniowy o długości 120cm o ciśnieniu do 800 PSI?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz niskociśnieniowy o długości 100cm lub 150cm?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet 48

Czy Zamawiający dopuści strzykawki luer-lock o pojemności 3ml, 5ml, 10ml, 20ml?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Dodatkowo strzykawka luer-lock 1 ml.

Pakiet 48

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie ilości strzykawek w rozbiu na określone pojemności. Cena strzykawek uzależniona jest od pojemności. Wycena pakietu w obecnej postaci spowoduje znaczne zawyżenie jego wartości i naraża Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty.

Odp. Ilość strzykawek w rozbiu na określone pojemności:

- 1 ml – 200 sztuk,
- 2 ml (3 ml) – 200 sztuk,
- 5 ml – 200 sztuk,
- 10 ml – 1000 sztuk,
- 20 ml – 1000 sztuk.

Jednocześnie zwiększamy liczbę strzykawek z 2.000 sztuk na 2.600 sztuk.

Pakiet 50

Prosimy o dopuszczenie zestawu z obłożeniem o wymiarach 220cm x 320cm, serwetą na stół zabiegowy 100 x 150cm, dodatkową serwetą 2-warstwową 100 x 150cm wraz z osobno pakowanymi ręcznikami 40 x 40cm (pakowane pojedynczo, każdy jałowy), osłonami foliowymi na rampę i ekran radiologiczny?

Odp. Tak, dopuszczamy. Dodatkowo wymagane w zestawie 2 jałowe fartuchy w cenie zestawu oraz długość minimalna obłożenia 350 cm.

Pakiet nr 47

Czy Zamawiający dopuści **Zestaw do stentowania tętnic szyjnych**

- **poz 1. System neuroprotekcji** o następujących parametrach:

- system neuroprotekcji dystalnej, zamontowany centrycznie na przewodniku 0,014", długość 190 i 300 ± 15 cm,
- dostępne dwa systemy protekcji : montowane na przewodniki i niezależne,
- system dostawczy „rapid exchange” kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F
- filtr koszyczkowy, zbudowany z nylonowej membrany, możliwość zastosowania w krętych naczyniach, obecne markery proksymalne i dystalne
- obecność rozmiarów umożliwiających zastosowanie w naczyniach od 3,25 do 7mm

- **poz 2. Stent szyjny** o następujących parametrach:

- stent wykonany z nitynolu w postaci tuby,
- dostępne dwa rodzaje stentów o budowie: otwartokomórkowej i zamkniętokomórkowej
- bardzo dobra widoczność w skopii
- stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange” kompatybilny introducerem 6F dla wszystkich rozmiarów, kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- umożliwiające wykonanie zabiegu na tętnicach o wymiarach 6-10 mm.,
- długości 20,30 i 40 mm
- stenty proste i taperowane

- **poz 3. Cewnik balonowy szyjny** o następujących parametrach:

- średnica kanału centralnego 0,014"
- crossing profile max 0,049"
- długość cewnika balonowego 80 i 135 cm
- długości balonu 1,5;2,3 i 4 cm
- średnice balonu 4 do 7 cm co 0,5
- ciśnienie RBP 14 atm
- system wprowadzania monorail
- kompatybilny z introducerem 4/5F i cewnikiem prowadzącym 6F

- **poz 4. Stent samorozprężalny** o następujących parametrach:

- stent obwodowy wykonany z nitynolu w postaci tuby, posiadający markery na obu końcach
- stent dostarczany w systemie dostawczym o długości 80 i 135cm kompatybilny z przewodnikiem 0,035",
- stent o rozmiarach 5,6,7,8,9,10mm i długościach 20,30,40,60,80 i 100mm, kompatybilny z introducerem 6F
- stent o minimalnej skracalności, wyposażony w system umożliwiające otwarcie stentu jedną ręką,
- system dostawczy o miękkim atraumatycznym zakończeniu

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **cewnika angiograficznego** o następujących parametrach:

Szeroka gama krzywizn

Dostępne rozmiary: 4F i 5F

Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach

Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą

Cewniki zbrojone stalowym opłotem
Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność
Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ
Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"
Długości cewników 40 cm – 125 cm
Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium
Doskonała pamięć kształtu
Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Bernstein.
Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **cewnika angiograficznego** o następujących parametrach:

Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush

Dostępne rozmiary: 4F i 5F

Materiał szafu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamania zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki

Karbowane przejście pomiędzy hubem a szafem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach

Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą

Cewniki zbrojone stalowym opłotem

Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ

Kompatybilne z przewodnikiem 0,035" - 0,038"

Długości cewników 40 cm – 125 cm

Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium

Doskonała pamięć kształtu

Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Bernstein.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **strzykawki nakręcanej luer-lock o pojemności: 1ml, 3ml, 6ml, 10ml, 20ml**; pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Wzór umowy:

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 ust. 1.1) na następujący:

„0,1% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu.”

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 ust. 1.2) na następujący:

„10% wartości niewykonanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 2 na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowania określonego w Załączniku nr 1. Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.”

4. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na cito do 72 godzin.

5. Zwracamy się z prośbą o zmianę §7 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego.

Nie uiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

6. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z utworzenia składu konsygnacyjnego dla Pakietu nr 38.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy i nie rezygnuje z utworzenia składu komisowego dla pakietu nr 38.

Dotyczy zapisów rozdz. X pkt. A 8 – Zawartość oferty

Czy, w związku z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. z 2010r. Nr 107. poz. 679), jako „dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu” (Roz. X pkt. A 8 siwz) Zamawiający rozumie:

- a) **kopię deklaracji zgodności** wystawionej przez wytwórcę wyrobu
- b) **kopię certyfikatu/ certyfikatów** jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu,- jeżeli dotyczy
- c) **oświadczenie o podleganiu/ niepodleganiu** obowiązkowi dokonania **zgłoszenia / powiadomienia** danych o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 107, poz. 679)
- d) w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia na podstawie art. 58 ust. 1 lub art. 58 ust. 2 ustawy, **kopię zgłoszenia**
- e) w przypadku złożenia oświadczenia o podleganiu obowiązkowi dokonania powiadomienia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy, oświadczenie, że powiadomienia takiego już dokonano lub, że powiadomienia takiego dokona się zgodnie z przepisami ustawy, tj. w ciągu 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- f) w przypadku złożenia oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia / powiadomienia należy podać podstawy braku tego obowiązku.
- g) W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie, że złożono wniosek lub, że wystąpi się z wnioskiem do Prezesa Urzędu o przeniesienie danych do bazy danych o wyrobach.
- h) W przypadku wyrobów, o których mowa w art. 134 ustawy z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 107, poz. 679) oświadczenie że złożono powiadomienie lub, że zostanie złożone powiadomienie o wyrobach nie podlegających obowiązkowi wpisu, o którym mowa w art. 133 ust. 1 powołanej ustawy.

Odp. Jako „dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu” (Roz. X pkt. A 8 SIWZ) Zamawiający rozumie dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot umowy do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. z 2010r. Nr 107. poz. 679).

Dotyczy zapisów § 5 ust. 2d wzoru umowy – załącznik 3 do siwz

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na:

„... d. Po pobraniu towaru ze składu na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego towaru wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia.”

Odp. Zamawiający zmienia brzmienie § 5 ust. 2d wzoru umowy. Zapis § 5 ust. 2d wzoru umowy po zmianie brzmi: „Po pobraniu towaru ze składu na potrzeby własne szpital będzie sporządzał zbiorcze zestawienie zużytego towaru wskazując jego kod katalogowy, serię i ilość sztuk i przekazywał je Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zużycia”.

Dotyczy zapisów § 9 ust. 1 wzoru umowy – załącznik 3 do siwz

W związku z tym, że z uwagi na godziny pracy Zamawiającego, Wykonawca nie ma możliwości dostawy towarów o każdej dowolnej godzinie - prosimy o zmianę powyższego zapisu na:

„... 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu

2) 10 % wartości umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia treści zapisów § 9 ust. 1 wzoru umowy.