



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 17.12.2010 r

DZPZ-530-Zp/100/PN-87/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i obłożeń operacyjnych do Pracowni Neuroradiologii – Zp/100/PN-87/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 50

Pyt. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w opisie zestawu, gdyż Zamawiający wymaga ręczników z wysokochłonnego materiału min. 20 szt ? Zwyczajowo do tych zestawów używa się od 2 do 4 ręczników z wysokochłonnego materiału.

Odp. W opisie nie zaszła pomyłka – Zamawiający nie zmienia składu pakietu nr 50.

Pyt. Zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie czy serweta główna ma być wyposażona z jednej strony w folię po całej długości serwety ?

Odp. Folia winna znajdować się obustronnie.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w rozmiarze 200x350 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza serwetę główną o wymiarach 200 cm x 350 cm.