



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 20.12.2010 r.

DZPZ-530-Zp/105/PN-92/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy przetarg nieograniczony na dostawy : jednorazowych sond do pulsoksymetru Dolphin, jednorazowych higienicznych podkładów chłonnych, kaniul dożylnych, elektrod do elektrostymulacji zewnętrznej serca dla dzieci, niskopróżniowego zamkniętego systemu do autotransfuzji pooperacyjnej, gazy-waty-macierzy hemostatycznej – Zp/105/PN-92/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o przepływie 31ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymagania siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o standardowej długości 32mm, o przepływie 54ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymagania siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o standardowej długości 45mm o przepływie 80ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o przepływie 180ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o przepływie 125ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o standardowej długości 45mm, o przepływie 240ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na kaniulę do żył obwodowych typu wenflon z portem bocznym, wykonaną z silikonowego politetrafluoroetyleny (PTFE), z zastawką zawrotną w komorze wypływu, zgodną z pkt. 4.4.4 PN-EN ISO 10555-5, z dwoma paskami RTG, o przepływie 13ml/min, spełniającą wszelkie pozostałe wymogi siwz, przy założeniu, iż wszystkie oferowane kaniule z poz. 1-7 pochodzą od jednego producenta ?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na koreczki do kaniul firmy Becton-Dickinson, pakowane i oznaczone, zgodnie zobowiązującymi normami ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 9, dot. pakiet nr 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 3 pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11** zawierające kaniule, neoflony i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 3, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 20G 1,1x32mm.

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 3, poz. 3

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 18G 1,3x45mm.

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 3, poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 14G 2,1x45mm.

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 13, dot. pakiet nr 3, poz. 9

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 24G 0,72x19mm o przepływie do 20 ml/min.

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet nr 3, poz. 11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z mankietem łatwym do otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy jest zapakowany osobno; opakowanie umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem zasad aseptyki).

Odp. Tak, ale spełniające pozostałe wymagania specyfikacji.

Pytanie 15, dot. pakiet nr 3, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych wyposażone w zastawkę antyzwrotną, która spełnia tę samą funkcję jak filtr hydrobowy.

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych o długości 32 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych o długości 38 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych o długości 45 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakiet nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie przedziału wagowego pacjentów do czujników w w/w pakiecie.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Więcej niż 3 kg mniej niż 40 kg.

Pytanie 20, dot. pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 20 G o długości 32 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 18 G o długości 45 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 14 G o długości 45 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakiet nr 3, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane pojedynczo w opakowaniu TYVEK, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 24, dot. pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z drenem o długości 150 cm, pozostałe parametry systemu do autotransfuzji bez zmian?

Odp. Tak