



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.01.2011 r

DZPZ-530-Zp/3/PN-3/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych – Zp/3/PN-3/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 1 - Endoprotezy stawu biodrowego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:

Zadanie 1: Głowa – stop CoCr w 4 długościach szyjki; Panewka press-fitowa w opcji pełnej (bezołtorowej) oraz otworowej do fiksacji śrubami; Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne; dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów, stożek kompatybilny z oferowanym systemem głów. Wkład polietylenowy w średnicach 28, 32, 36mm niezależny od średnicy panewki.

Odp. Nie dopuszczamy.

Zadanie 2: Panewka press-fitowa w opcji pełnej (bezołtorowej) oraz otworowej do fiksacji śrubami; Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne; dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów, stożek kompatybilny z oferowanym sysemem głów; wkład ceramiczny Alumina.

Odp. Nie dopuszczamy.

Zadanie 3: Głowa ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki; panewka cementowana polietylenowa z okapem 10 stopni w wersji standardowej i wysokiej w 4 rozmiarach, zaopatrzona w znacznik radiologiczne; trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez

kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją); cement kostny w o niskiej lepkości bez barwnika.

Odp. Nie dopuszczamy.

Zadanie 4: Głowa bipolarna w rozmiarach zewnętrznych 36mm do 72mm i wewnętrznych (średnica głowy) 22- 28mm; głowa wewnętrzna ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki; Trzpień bezcementowy prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiada wzdluzne rowki antyrotacyjne; dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów, stożek kompatybilny z oferowanym systemem głów; ; trzpień cementowany stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 do 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją); cement kostny w o niskiej lepkości bez barwnika.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 2 - Endoprotezy stawu biodrowego krótkotrzeniowa

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:

Trzpień bezcementowy anatomiczny z modularną szyjką; trzpień w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany; wykonany ze stopu tytanu anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy) dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron (100-145mm); modułowe szyjki prawe i lewe o różnych kątach orientacji względem osi trzpienia i w różnych długościach; kąty szyjkowo-trzonowe: 125-130-135st, antewersja 12st +/- 7st; zmienna długość szyjki (standard i -4mm).

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet 2 - Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:

Endoprotezy rewizyjne, modułowe stawu biodrowego ; System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) w opcji prostej i zakrzywionej i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napyłonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych wysokościach (70-100mm); Trzpień samostabilizujący się bez ryglowania dystalnego śrubami poprzecznymi.

Odp. Nie dopuszczamy.