



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.01.2011 r

DZPZ-530-Zp/2/PN-2/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów serca dwułamowych – Zp/2/PN-2/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietów Nr 6, 7:

1. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z manualną optymalizacją terapii ATP.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu Nr 7:

1. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z zapisem EGM 45 min.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Dotyczy Pakietów Nr 5, 6, 7:

1. Prosimy o dopuszczenie urządzeń dostarczających 6 szoków w interwencji.
2. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z manualną zmianą polarności szoków.
3. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z funkcją AutoSense – Automatyczne sterowanie automatycznie dostosowującą ustawienia czułości do sygnałów mięśnia serca w celu dokładniejszego wykrywania sygnałów w szerokim zakresie wartości.

4. Prosimy o dopuszczenie urządzeń bez możliwości zapamiętywania ostatniej skutecznej terapii ATP ale z możliwością niezależnego zaprogramowania dwóch terapii ATP w każdej ze stref VT.

Odp. Tak, dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu Nr 5:

1. Ad. pkt 5: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z możliwością zaprogramowania stymulacji LV ring – RV coil.

2. Ad. pkt 6: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z VV delay 0 – 80 ms.

3. Ad. pkt 16: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z możliwością stymulacji LV z częstością niższą niż zaprogramowane MTR.

4. Ad. pkt 17: Prosimy o dopuszczenie urządzeń bez tej funkcji.

5. Ad. Pkt 20: Prosimy o dopuszczenie urządzeń z zapisem EGM 3 x 15 min.

Odp. Tak, dopuszczamy.