



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/5/PN-4/11

Wałbrzych, 28.01.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy fartuchów ortopedycznych, rękawic ortopedycznych, obuwia gumowego, drenu silikonowanego brzuszego, gazy, waty, macierzy hemostatycznej, jednorazowych higienicznych podkładów chłonnych, czyścika do koagulacji, igły z oliwką do przemywania ran”

-Zp/5/PN-4/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści elastyczny mankiet z dzianiny o długości min. 8cm?

Odp. Tak

Pyt. 2 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby szwy wykonane były techniką ultradźwiękową dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas używania fartuchów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 3 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby w opakowaniu wraz z fartuchem umieszczone były 2 ręczniki celulozowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 4 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z odpornością na przenikanie cieczy min. 50cm H₂O- wg normy EN 13795 odporność taka wynosi >_20 więc proponowane przez nas fartuchy dwukrotnie

przewyższają założone w normie parametry- wynik ten w zupełności wystarcza do ortopedycznych zabiegów mokrych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 5 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby fartuchy miały długość minimalną: rozm.L 140cm, XL 150cm, XXL 155cm?

Odp.zgodnie z SIWZ

Pyt. 6 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g/m², ze wzmocnieniem w rękawach i na przodzie fartucha- gramatura wzmocnienia 38g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odp.Tak

Pyt. 7 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie fartucha jałowego, którego tylna część wykonana jest z 3-warstwowej włókniny TMS zapewniającej skuteczną termoregulację, zaś w części kontaktującej się bezpośrednio z polem operacyjnym dodatkowo z 2-warstwowej TF zapewniającą całkowitą nieprzemakalność, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 8 dot. załącznika nr 3 do SIWZ -wzoru umowy §5 ust. 2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie słów „oraz numeru pakietu”.

§10 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Pyt. 9 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści dreny wykonane ze 100% silikonu?

Odp.Tak

Pyt. 10 dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze 26CH, 27CH, 30CH, 33CH, 36CH?

Odp. Tak

Pyt. 11 dot. wzoru umowy

Par. 4 ust.5 prosimy wykreślić.

Par. 5 ust.4 prosimy dopisać: Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. Istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. Zaprzeczenia produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskiwania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności,

- c. Istotnej zmiany cen przez producenta

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy.

Dyrektor Szpitala

Mariola Dudziak