



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/7/PN-6/11

Wałbrzych, 01.02.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę lasera, URS giętkiego dwukanałowego i kompaktowego cienkiego oraz zestawu do PCNL dla Oddziału Urologii”

-Zp/7/PN-6/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr1 Laser holmowy

Ad. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser chłodzony powietrzem i ciecżą?

Odp.Tak

Ad. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser o częstotliwości pracy w zakresie 4-15 Hz?

Odp.Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser z możliwością zakresu ustawień dedykowanych do średnicy używanego włókna?

Odp.Tak

Pyt. 2 dot. pakietu nr 2 Ureterorenoskop giętki dwukanałowy

Ad. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskop giętki o wymiarze części roboczej 7,5 Charr z pojedynczym kanałem instrumentowym o wymiarze 3,6 Charr, o zakresie zagięcia końcówki roboczej góra 270 stopni, dół 270 stopni, kąt optyki 0 stopni , długość 67cm?

Odp.Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr o długości 100cm?

Odp.Tak.

Ad. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki giętkie do ciał obcych 3 Charr o długości 100cm?

Odp.Tak.

Ad. 6.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskop kompaktowy o wymiarze części roboczej 8 Charr?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskop o wymiarze początkowym 7 Charr?

Odp.Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ureterorenoskop z jednym kanałem roboczym na wprost dla instrumentów min. 4 Charr?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 3 dot. pakietu nr 3 ZESTAW DO PCNL

Ad.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw 6-ciu tulei dylatacyjnych-teleskopowych o rozmiarze 9,12,15,18,21,24 Charr oraz tulei dylatacyjnej 27 Charr pasującej do oferowanego zestawu?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nożyczki do współpracy z oferowanym nefoskopem?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania płaszcz nefroskopu 26 Charr z obturatorem?

Odp.Tak.

Ad. 5.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania optykę o kącie patrzenia 6 stopni?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 5.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania optykę z kanałem roboczym kompatybilnym z oferowanymi narzędziami?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie jest nieprecyzyjne nie określa wymiaru oferowanego kanału roboczego optyki.

Ad. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki do wyciągania kamieni typ Aligator, kompatybilne z kanałem oferowanej optyki o dł. 380mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza kleszczyki do wyciągania kamieni typ Aligator o dł. 380mm kompatybilne z wymaganą optyką o kanale do instrumentów 4mm.

Ad. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki sztywne beczułkowe do wyciągania kamieni kompatybilne z kanałem oferowanej optyki o dł. 380mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza kleszczyki sztywne beczułkowe do wyciągania kamieni o dł. 380mm kompatybilne z wymaganą optyką o kanale do instrumentów 4mm.

Ad. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania chwytak trójramienny, kompatybilny z kanałem oferowanej optyki o dł. 380mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza chwytak trójramienny o dł. 380mm kompatybilny z wymaganą optyką o kanale do instrumentów 4mm.

Ad. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki do wyciągania kamieni ząbkowane sztywne, kompatybilne z kanałem oferowanej optyki o dł. 380mm?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza kleszczyki do wyciągania kamieni ząbkowane sztywne o dł. 380mm kompatybilne z wymaganą optyką o kanale do instrumentów 4mm.

Ad. 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania, sterylizacji optyk i instrumentów o wymiarach 525x240x50 z wkładkami typu jeż do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy?

Odp. Tak.

Ad.12.1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Litotryptor ultradźwiękowy o częstotliwości 26kHz?

Odp. Tak.

Ad.12.3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Litotryptor ultradźwiękowy o częstotliwości pracy przetwornika 26kHz?

Odp. Tak.

Ad.12.5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetwornik o masie 330g?

Odp. Tak.

Ad.12.12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę nefroskopową o długości 40cm i średnicy 3mm z końcówką pracującą obrotowo i zębami wygryzającymi?

Odp. Tak.

Ad.12.13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę nefroskopową o długości 40cm i średnicy 3,5 mm z końcówką pracującą obrotowo i zębami wygryzającymi?

Odp. Tak.

Ad.12.14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę nefroskopową o długości 320mm i średnicy 1,8mm?

Odp.Tak.

Ad.12.15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę nefroskopową o długości 500mm i średnicy 1,5mm?

Odp.Tak.

Ad.12.18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę o zakresie niskiego ciśnienia 0,46 bar?

Odp.Tak.

Ad.12.19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę o przepływie 1 l/min?

Odp.Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12.22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę ssącą perystaltyczną (rolkową), która nie wymaga czujnika przepływu odsysanych substancji?

Odp.Tak.

Ad.12.23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę bez filtrów separujących pompę od pacjenta? Oferowana przez nas pompa rolkowa nie wymaga żadnych dodatkowych filtrów przepływająca ciecz oraz opary nie mają kontaktu z urządzeniem.

Odp.Tak.

Ad.12.24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę, w której regulacja przepływu odbywa się za pomocą prędkości rolek bez dodatkowego wskaźnika podciśnienia?

Odp.Tak.

Pyt. 4 dot.pakietu nr I – Laser holmowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego laser holmowy o maksymalnej mocy 15 W, chłodzonego powietrzem i wodą, częstotliwości impulsów 5, 8, 10, 12 Hz i pozostałych parametrach takich jak podane w SIWZ.

Odp. Nie.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*