



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 03.02.2011 r.

DZPZ-530-Zp/8/PN-7/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę : testów i naboí – Zp/8/PN-7/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pkt. 6

Czy Zamawiający wymaga, zaoferowania pakietu jednorazowego Bowie & Dick przebarwiającego się z koloru niebieskiego na czarny?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza, zaoferowania naboí gazowych zawierających 100g czystego EO (zamienników)?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pkt. 1

Czy Zamawiający oczekuje ostatecznego odczytu wyniku po 3 godzinach inkubacji wskazywanego na zasadzie braku fluorescencji?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pkt. 2

Czy Zamawiający oczekuje wskaźnika kompatybilnego z inkubatorem 3M 119 ?

Odp. Kompatybilne z inkubatorem 3M 119



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pkt. 1,2,3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wskaźników zgodnych z normą referencyjną co ma być potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pkt. 3

Czy wskaźnik ma działać na zasadzie przesunięcia się substancji wskaźnikowej w okienku o długości 2,5-3 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7, dot. pkt. 5

Czy Zamawiający wymaga by oferowane naboje posiadały poświadczenie dopuszczenia do stosowania przez producenta użytkowanego sterylizatora?

Odp. Nie.