



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 08.02.2011 r.

DZPZ-530-Zp/10/PN-9/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę videokolonoskopu i lampy bakteriobójczej do Zakładu Endoskopii Zabiegowej – Zp/10/PN-9/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Proszę o sprecyzowanie czy lampa ma być przejezdna, sufitowa lub na ścianę?

Odp. Przejezdna

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Jaki zasięg działania ma mieć lampa?

Odp. Do 45 m² powierzchni.

Pytanie 3, dot. wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5. ustęp 4.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie artykułu 509 - 518 kc za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie? Taki zapis chroni interesy Zamawiającego gdyż przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymagać będzie dla swej skuteczności pisemnej zgody Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4, dot. wzoru umowy

Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7. ustęp 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej od wartości towaru dostarczonego po terminie wskazanym w umowie lub od wartości naprawianego towaru?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 1

Czy w poz. 1 parametry techniczne (zglebnik) nie nastąpiła omyłka pisarska? Charakterystyczne parametry („góra, lewo, prawo, dół”) podane są poniżej w tabeli w „Odcinkach zagięcia” i mierzone (podawane) są w stopniach

Odp. Nie nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ Zamawiający w zglebniku opisał końcówkę dalszą. A poniżej w odcinku zginania podał zakres zaginania.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający pod określeniem lampa bakteriobójcza przepływowa ma na myśli lampy wykonane w wersji naściennej, sufitowej czy też przejezdnej?

Odp. Lampa przejezdna.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2

Czy lampa bakteriobójcza przepływowa ma być wyposażona w 2 promienniki 30W czy 2 promienniki 55W? W zależności od wielkości pomieszczenia stosowane są lampy 60W lub 110W?

Odp. 2 promienniki 55W, 110W

Pytanie 8, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat o długości roboczej 1690 mm, długość całkowita 1990 mm i kanale roboczym 3,8 mm? Różnica 10 mm nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań.

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakietu nr 1

Czy nie wystąpiła pomyłka wymagając szybkości przepływu $25 \text{ cm}^3/\text{s}$ przy kolonoskopie? Pragniemy zauważyć, iż parametr ten nie dotyczy endoskopów.

Odp. Nie wystąpiła pomyłka, szybkość przepływu powietrza = $25 \text{ cm}^3/\text{s}$