



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 11.02.2011 r.

DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin – Zp/9/PN-8/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanianą, grubość siatki 0,48 mm, porowatość 698 – 1097 μm , gramatura 127 g/m^2 , w rozmiarze :

- poz. nr 1 – w rozmiarze zgodnym z SIWZ,
- poz. nr 2 – 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 8 x 12 cm),
- poz. nr 3 – 8 x 15 cm (specyfikacja wymaga 10 x 15 cm),
- poz. nr 4 – w rozmiarze zgodnym z SIWZ,
- poz. nr 5 – 15 x 15 cm (specyfikacja wymaga 15 x 30 cm),
- poz. nr 6 – zgodny z SIWZ?

Odp. Nie zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanianą, o dwukierunkowej elastyczności, grubość siatki 0,45 mm, porowatość 758 – 1007 μm , gramatura 112 g/m^2 , w rozmiarze:

- poz. nr 7 – 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 30 x 40 cm)?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 3, dot. pakietu nr 8, poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę polopropylenową, monofilamentową, składającą się z : siatki zewnętrznej, półsztywnej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura: 177 g/m² oraz korka małego o średnicy podstawy 5 cm?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 8, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści siatkę polopropylenową, monofilamentową, składającą się z : siatki zewnętrznej, anatomicznie ukształtowanej z otworem na powrózek, o wymiarach 4,5 x 10 cm, grubość siatki: 0,53 mm, gramatura: 177 g/m² oraz korka małego o średnicy podstawy 7 cm?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić syntetyczną, monofilamentową, wchłaniającą między 90-120 dniem od zaimplantowania, niepowlekaną.

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakietu nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić wchłaniającą, bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni oraz o okresie wchłaniania 60 – 70 dni.

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu nr 4, poz. 1-3, 5-9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą.

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 4, poz. 10

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli w w/w pozycji igłę okrągłą czy też konwencjonalnie tnącą?

Odp. Zamawiający ma na myśli konwencjonalnie tnącą.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 9, dot. pakietu nr 4, poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą.

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 8, poz. 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, grubość siatki 0,56 mm, waga 55 g/m.kw., grubość porów 1,2 mm – 1,4 mm.

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakietu nr 8, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatki do przepuklin w rozmiarze 8 x 15 cm.

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. pakietu nr 8, poz. 7, 8, 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakietu nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, powlekaną, o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 25% po 28 dniach oraz o okresie wchłaniania 60 – 70 dni, bez powleczenia antybakteryjnego.

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakietu nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nić syntetyczną, plecioną, o czasie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach ok. 65% i po 8-11 dniach ok. 50%, wchłaniająca się ok. 42 dnia, składająca się z kwasu glikolowego, powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 15, dot. pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 pozycja 1 na zaoferowanie igły szpatuły zamiast szpatułki, reszta wszelkich parametrów w całym pakiecie bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści krzywiznę igły 3/8 koła lub długość igły 18 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakietu nr 20, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 1 z pakietu 20 lub umożliwi składanie ofert na poszczególne pozycje w ramach pakietu 20?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakietu nr 20, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w tej pozycji nici jedwabne, plecione, z igłą podwójną o długości 11,04 mm, typu odwrotnie tnąca, przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto towarów (...).”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 20, dot. § 6 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„Wykonawca nie może przenieść wiarygodności (...) bez pisemnej zgody Zamawiającego”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 21, dot. § 6 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen w przypadku zmian stawek w podatku VAT. W takim przypadku, zmiane ulega cena jednostkowa brutto towaru, cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 22, dot. § 8 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:

„1) 0,2% wartości niewykonanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każde 4 godziny zwłoki w przypadku dostaw na cito”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 23, dot. § 12 ust. 2 projektu umowy:

W związku z zapisami w § 12 ust. 2 projektu umowy, że Wykonawca oświadcza o zapoznaniu się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie do wglądu ww. dokumentów, aby móc się zapoznać z nimi przed podpisaniem umowy.

Odp. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. I Zamawiający podał osobę do kontaktu w sprawie zapoznania się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Pytanie 24, dot. pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 16 z igłą 22 mm standardową.

Odp. Tak

Pytanie 25, dot. pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 11 ze szwem o grubości 1USP.

Odp. Tak

Pytanie 26, dot. pakietu 3

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pozycji nr 3 i 4 ponieważ występuje taki sam opis szwu? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga w pozycji nr 4 -igły 25-26mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 27, dot. pakietu 10

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekаныmi wchłaniającymi się między 56-70 dniem od zaimplantowania. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakietu 10

Zwracamy się o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 8 ze szwem z igłą wzmocniona 30 mm lub z igłą 26 mm oraz w pozycji nr 10 ze szwem z igłą 37 mm wzmocniona, tj. odporniejszą na złamania czy wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych

Odp. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 8 ze szwem z igłą wzmocnioną 30 mm oraz w pozycji 10 ze szwem z igłą 37 mm wzmocnioną.

Pytanie 29, dot. pakietu 11

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, monofilamentowymi, wchłaniającymi się 180-210 dni, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50-70% po 28 dniach od zaimplantowania. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakietu 15

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 1 ze szwem o długości 45 cm
- w pozycji 6 ze szwem z podwójną igłą 26 mm.

Odp. Tak

Pytanie 31, dot. pakietu 16

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 8 ze szwem długości 70 cm

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 32, dot. pakietu 14, poz. 12

Czy nie zaistniała pomyłka w opisie pakietu nr 14 poz. 12 , gdyż szew o takiej specyfikacji nigdy nie istniał w ofercie dostępnej na rynku. Czy w opisie nie wpisano omyłkowo igła 30 mm zamiast 37 mm?

Odp. Zamawiający omyłkowo wpisał igłę 30 mm, ma być 37 mm.

Pytanie 33, dot. pakietu 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści nitkę 6x45 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 34, dot. pakietu 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści nitkę grubości 0? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 35, dot. pakietu 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nitkę grubości 1? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 36, dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści jednoskładnikowy, syntetyczny klej tkankowy wykonany z n-heksylo cyjanoakrylanu?

Odp. Nie

Pytanie 37, dot. pakietu 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednoskładnikowy, syntetyczny klej tkankowy wykonany z n-heksylo cyjanoakrylanu o pojemności 1ml zamiast kleju 2ml?

Odp. Nie

Pytanie 38, dot. pakietu 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę grubości 6/0? Pozostałe parametry bez zmian.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 39, dot. pakietu 17, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści nitkę grubości 2/0? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 40, dot. pakietu 17, poz. 11 i 12

Czy Zamawiający dopuści nitkę grubości 1 lub 0?

Odp. Zamawiający dopuszcza nitkę grubości 0.

Pytanie 41, dot. pakietu 17, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm?

Odp. Nie

Pytanie 42, dot. pakietu 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 43, dot. pakietu 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści długość nitki 50cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 44, dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, powlekanych, wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, wchłaniających między 56-70 dniem od zaimplantowania?

Odp. Nie

Pytanie 45, dot. pakietu 1, poz. 11, 13, 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 46, dot. pakietu 1, poz. 11, 13, 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 5 x 70cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 47, dot. pakietu 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 48, dot. pakietu 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 49, dot. pakietu 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 50, dot. pakietu 1, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 51, dot. pakietu 1, poz. 26-28 oraz poz. 33

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł odwrotnie tnących bez określenia „wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 52, dot. pakietu 1, poz. 32 oraz poz. 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 53 dot. pakietu 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 54 dot. pakietu 1, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Tak

Pytanie 55 dot. pakietu 1, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 56 dot. pakietu 3, poz.7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 57 dot. pakietu 3, poz.8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 3/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 58 dot. pakietu 11, poz.4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 6/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 59 dot. pakietu 11, poz.6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm lub 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 60 dot. pakietu 13, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Tak

Pytanie 61 dot. pakietu 13, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Tak

Pytanie 62 dot. pakietu 20, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły podwójnej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie

Pytanie 63 dot. pakietu 10

Zwracamy się o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 11 ze szwem z igłą okrągło-tnącą wzmocniona 43 mm oraz w pozycji nr 10 ze szwem a igłą 40mm (tolerancja dopuszczana 39,6mm) wzmocniona, tj. odporniejszą na złamanie czy wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. Nie

Pytanie 64 dot. pakietu 13

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 1 i 2 ze szwem z igłą 40 mm (tolerancja dopuszczania 39,6mm)

Odp. Tak

Pytanie 64 dot. pakietu 13



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 65 dot. umowy

Par. 2 ust. 2 dodać : Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?

Par 6 ust. 4 dodać : Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy
- c. zmiana cen urzędowych lub wiążąco ustalanych przez właściwe władze,
- d. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- e. Istotnej zmiany cen przez producenta

Par 8 ust. 1 ppkt. 2 zmienić „10% wartości umowy” na „10% wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.