



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 15.02.2010 r.

L.dz. DZPZ-530-Zp/12/PN-11/11

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy zestawów do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika – Zp/12/PN-11/11.

Zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmodyfikowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. treści Załącznika nr 1 do SIWZ tj. **poprzez wstawieniu znaku „/” pomiędzy poszczególnymi elementami kompletu co oznacza, iż zamawiane będą one zamiennie.**

Załącz. nr 1 do SIWZ po zmianie brzmi:

Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej i stabilizacji zęba obrotnika – 10 sztuk.

Materiał: stop tytanu

Komplet: 4 haki laminarne/4 śruby wieloosiowe; 4 śruby/4 haki do potylicy; 1 łącznik poprzeczny; 2 pręty; 2 śruby do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przez stawowej C1-C2.

Haki laminarne oraz śruby wieloosiowe, a także śruby oraz haki do potylicy zamawiane będą w kompletach zamiennie.

System musi zawierać:

1.haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo):

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

2. śruby wieloosiowe tulipanowe:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

3.śruby do potylicy:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

4.haki do potylicy (minimum 3 wielkości):

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

5.pręty:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

6.łączniki poprzeczne:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

7. śruby do stabilizacji zęba obrotnika – jedną gwintowaną na całej długości i jedną gwintowaną na części śruby:

cena netto 1 szt., cena brutto 1 szt

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni.

- w zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości.

- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, długościach od 6 mm- 18 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm.

- możliwość kąтового ustawienia śruby względem pręta

- śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem

- montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym)

- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry

- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno- szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia

- pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym.

- w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone

- śruby kaniulowane w dwóch wariantach: gwintowane na całej długości oraz tylko na części długości, śruby powinny być w pełnym zakresie rozmiarów tzn

- instrumentarium kaniulowane umożliwiające implantację śruby

Sprzedający zobowiązuje się do stworzenia komis implantów w pełnej wymiarówce i zabezpieczenia instrumentarium.

Wymagane wstawienie zestawu na blok operacyjny. Termin dostarczenia implantów (np. brakujących haków laminarnych) – 2 dni robocze.

W związku z powyższą zmianą opisu przedmiotu zamówienia z Zał. nr 1 do SIWZ w Rozdz. I SIWZ oraz w § 3 ust 2 projektu umowy zapis brzmi:

„Wykonawca będzie przyjmował zamówienia na pełne zestawy z Zał. nr 1 do SIWZ, składające się z: 4 haków laminarnych/4 śrub wieloosiowych; 4 śrub/4 haków do potylicy; 1 łącznika poprzecznego; 2 prętów; 2 śrub do zespolenia zęba obrotnika i stabilizacji przez stawowej C1-C2”.

Nowy termin składania ofert przypada na dzień **23.02.2011 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert odbędzie się **23.02.2011 o godz. 11.15**.