



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 24.03.2011 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-20/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego – Zp/25/PN-20/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której średnica plamy światła jest regulowana w zakresie 18-32 cm zarówno dla kopuły głównej jak i satelitarnej?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z temperaturą barwową 4300 K?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne w technologii białych diod LEDowych emitujące światło białe?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe w których regulacja natężenia światła z kopuły głównej jest w zakresie od 50 000 lux do 160 000 lux, a z kopuły satelitarnej od 50 000 lux do 140 000 lux natomiast regulacja oświetlenia niezależnego oświetlenia endoskopowego jest w zakresie od 8500 lux do 17 000 lux?

Odp. Nie