



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 25.03.2011 r.

DZPZ-530-Zp/25/PN-20/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Bloku Operacyjnego – Zp/25/PN-20/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną główną i satelitę z regulacją średnicy pola operacyjnego w zakresie od 15 cm do 29 cm?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją temperatury barwowej w zakresie od 3 600 K do 5 000 K, co jest parametrem szerszym od opisanego?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 50%-100% oraz dodatkowo z funkcją „GuideLite” tzn. z możliwością obciążenia natężenia do 5%-10% natężenia maksymalnego, co daje lekką poświatę świetlną doskonałą do operacji laparoskopowych lub endoskopowych?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 2

Czy w celu usprawnienia pracy Zamawiający oczekuje, aby lampa posiadała możliwość obrotu o min. 360°?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2

Czy w celu łatwego dostępu do manewrowania oraz ustawienia lampy, Zamawiający oczekuje, aby każda z czasz lampy posiadała reling boczny („uchwyt nie sterylny”) okalający min. 75% obwodu lampy?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału lampę operacyjną inną niż opisaną w czytelny sposób lampę Marled firmy KLS Martin oferowaną na terenie RP przez firmę Medicom Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie34, 41-819 Zabrze?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z regulacją wielkości plamy świetlnej w lampie głównej i satelitarnej w zakresie 18-28cm?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową równą 4400°K? Lampy z matrycami diodowymi przy zmianie temperatury barwowej zmieniają jednocześnie natężenie światła a co za tymi idzie nie możliwe jest do uzyskania wymaganego maksymalnego natężenia światła przy wykorzystaniu całego spektrum barwy światła. Oferowana lampa zapewnia natężenie światła równe 160klx w oby kopułach oraz stałą temperaturę barwową 4400°K przy zachowaniu znacznie wyższego współczynnika odwzorowania barw równym 96 zamiast oczekiwanego 94

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową równą 4400°K? Lampy z matrycami diodowymi przy zmianie temperatury barwowej zmieniają jednocześnie natężenie światła a co za tymi idzie nie możliwe jest do uzyskania wymaganego maksymalnego natężenia światła przy wykorzystaniu całego spektrum barwy światła. Oferowana lampa zapewnia natężenie światła równe 160klx w oby kopułach oraz stałą temperaturę barwową 4400°K przy zachowaniu znacznie wyższego współczynnika odwzorowania barw równym 97 zamiast oczekiwanego 94



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z matrycą zbudowaną w całości z białych diod LED? Oczekiwane rozwiązanie jest rozwiązaniem przestarzałym i obecnie coraz rzadziej znajdującym zastosowanie w wiodących na rynku lampach o parametrach istotnych punktu widzenia chirurga znacznie wyższych niż oczekiwane. Lampy oferujące światło białe powstałe w wyniku mieszania barw składowych (matryca wielokolorowa) mogą powodować tzw. efekt tęczy/zawroty czy ból głowy operatora. Jest to spowodowane fizycznymi zjawiskami które powstają w przypadku częściowego przysłonięcia światła dłońmi lub głową operatora. Każda z kolorowych diod świeci światłem o innym kolorze a więc o innej długości fali – efekt jest taki, że każda z tych barw załamuje się pod innym kątem w efekcie zamiast jednej granicy światło cieni mamy ich 3-4 w zależności od ilości kolorów składowych użytych w matrycy

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 11, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z głębokością oświetlenia bez potrzeby reogniskowania równym 860mm? Jest to wartość w pełni wystarczająca do normalnej pracy zespołu chirurgicznego – w codziennej praktyce nie wykonuje się ruchów w pionie kopułą lampy w wymaganym przez Zamawiającego zakresie 110cm

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 12, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z głębokością oświetlenia bez potrzeby reogniskowania równym 762mm? Jest to wartość w pełni wystarczająca do normalnej pracy zespołu chirurgicznego – w codziennej praktyce nie wykonuje się ruchów w pionie kopułą lampy w wymaganym przez Zamawiającego zakresie 110cm

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną bez funkcji oświetlenia endoskopowego?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 40-100%.

Odp. Nie

Pytanie 15, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 lub 8 tygodni? Wydłużenie terminu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert poprzez dopuszczenie do udziału wykonawców oferujących nieco dłuższy czas realizacji zamówienia.

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną diodową o natężeniu światła lampy głównej i satelitarnej równym 160 000 Lux z odległości 1m? Parametr lampy satelitarnej jest znacznie lepszy od wymaganego, co zapewni wysoki poziom warunków pracy chirurga.

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o regulowanej średnicy pola operacyjnego dla lampy głównej i satelitarnej wynoszącej 25-38 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymagalnego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę główną i satelitarną, o stałej temperaturze barwowej równej 5000 K? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której zakres regulacji natężenia oświetlenia dla kopuły głównej oraz dla kopuły satelitarnej wynosi 10-100%? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której żywotność układu świetlnego dla kopuły głównej oraz dla kopuły satelitarnej wynosi 20 000 godzin? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego i nie powoduje pogorszenia właściwości funkcjonalnych ani użytkowych lampy.

Odp. Nie