



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/19/PN-16/11

Wałbrzych, 28.03.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę angiografu z zawieszeniem sufitowym do badań kardiologicznych, neurologicznych i naczyniowych”
-Zp/19/PN-16/11*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. zapisów umowy &2 oraz zapisy tabeli technicznej Zał. nr 1 do SIWZ. XVI Pozostałe/pkt 135

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie ilości szkoleń adekwatnie do stanowisk osób wykonujących badanie (lekarze, technicy, pielęgniarki) w przeliczeniu na osobogodziny (dni). Jak i miejsca wykonywania tychże szkoleń np. w siedzibie Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 dot. zapisów umowy &4 ust 1

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie określenia „dostawy” na „umowy”

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 3 dot. zapisów umowy &4 ust 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie treści tego zapisu, co dokładnie Zamawiający ma na myśli powołując się na zgodność dostarczenia przedmiotu umowy z zapisami Dz. U. nr 107 poz. 679?

Odp. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych

Pyt. 4 dot. zapisów umowy &5 ust 1

Prosimy Zamawiającego o dopisanie sformułowania dookreślającego fakturowanie w kontekście stawki VAT – tak aby zapis końcowy brzmiał następująco:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokościzł netto (słownie:)
+ VAT w należnej wysokości na dzień wystawienia faktury.”

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 5 dot. zapisów umowy &7 ust 3 oraz Zał. nr 1 do SIWZ XV pkt. 129

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie czasu reakcji serwisu, uwzględniając ustawowe dni wolne od pracy.

„3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 h od daty zgłoszenia awarii, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6 dot. zapisów umowy & 7 ust 6

Prosimy Zamawiającego o dopisanie poniższego punktu dookreślającego warunki gwarancji:

6. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne,

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 7 dot. zapisów umowy & 7 ust 7

Prosimy Zamawiającego o dopisanie poniższego punktu

„ 7. Na angiograf Zamawiającemu przysługują prawa z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy”

Odp. Zgodnie z SIWZ oraz zapisem kodeksu cywilnego.

Pyt. 8 dot. zapisów umowy & 8 ust 1 b

Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację treści w/w zapisu:

b. 0, 2 % wartości niewykonanej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii, , nie więcej niż 10 % wartości brutto wynagrodzenia.

UZASADNIENIE: Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 dot. zapisów umowy & 8 ust 4

Prosimy Zamawiającego o dopisanie kolejnego ust. o następującej treści:

„ 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do 15% wynagrodzenia brutto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.

UZASADNIENIE: Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 10 dot. zapisów umowy & 8. ust 3

W związku z powyższym pkt 6. prosimy Zamawiającego o modyfikację punktu 3 & 8 do następującej treści:

„3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 dot. Tabela techniczna zał. nr 1 do SIWZ XV pkt 132

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie powyższego zapisu uwzględniając możliwe do realizacji terminy na wykonanie prac serwisowych.

„Czas naprawy niewymagającej sprowadzania z zagranicy części nie więcej niż 3 dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 dot. Tabela techniczna zał. nr 1 do SIWZ XV pkt 133

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie powyższego zapisu uwzględniając możliwe do realizacji terminy na wykonanie prac serwisowych.

„Czas naprawy wymagającej importu części nie więcej niż 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 dot. zapisów umowy Tabela techniczna zał. nr 1 do SIWZ XV pkt 134

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie powyższego zapisu

„Przedłużenie okresu gwarancji na poszczególne elementy przy naprawach trwających więcej niż 2 dni robocze (nie wykluczając dni wolnych od pracy).”

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt. 14 dot. zapisów umowy & 9 ust 1 – umowa

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów dotyczących możliwości odstąpienia od umowy, tak aby zapis końcowy brzmiał następująco:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 -powyżej 30 dni. po uprzednim pisemnym wezwaniu do realizacji umowy i upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 Czy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia Zamawiającemu w myśl §2 dokumentacji:

a. Projektu osłon stałych

Odp. Tak

b. Projektu konstrukcji zawiesia sufitowego systemu RTG

Odp. Tak

c. Projektu Technologi

Odp. Tak

d. Projektu instalacji elektrycznej i oświetlenia

Odp. Tylko wytyczne

e. Projektu wentylacji

Odp. Nie

f. Ekspertyzy nośności stropów

Odp. Nie

Pyt. 16 Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenia uzasadnionych przepisami prawa budowlanego szczegółowych wytycznych z 14 dni na 21 dni?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 Czy zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynku, i projektem osłon stałych, którą udostępni wykonawcy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy?

Odp. Tak

Pyt. 18 Która ze stron odpowiada, za uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac na realizację prac tego wymagających?

Odp. Zamawiający

Pyt. 19 Czy Zamawiający przekaze wykonawcy zakładany harmonogram wykonywanych przez niego prac adaptacyjnych, celem określenia wstępnego terminu dostaw?

Odp. Pomieszczenia zostaną przygotowane do montażu urządzenia w terminie 1 m-ca od daty podpisania umowy.

Pyt. 20 Czy Zamawiający wykona wszystkie prace adaptacyjne pracowni RTG zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową przez Wykonawcę?

Odp. Tak

Pyt. 21 Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie pomieszczenia pomocniczego do składowania części sprzętu-skrzyń w trakcie jego instalacji- około 20-30m².

Odp. Tak

Pyt. 22 Prosimy o wskazanie pomieszczeń służących do składowania dostawy do czasu zakończenia montażu.

Odp. 15m od pomieszczenia, w którym montowane będą urządzenia (pomieszczenie składowania o pow. 150m²)

Pyt. 23 Czy wskazane pomieszczenie będzie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych?

Odp. Tak.

Pyt. 24 Czy szkolenie personelu będzie się odbywać w miejscu instalacji aparatu?

Odp. W miejscu przedstawionym przez Zamawiającego.

Pyt. 25 Prosimy o doprecyzowanie czy przeprowadzenie szkolenia wymienionego w punkcie 135 z załącznika nr 1 do SIWZ jest przewidziane na aparacie będącym przedmiotem umowy?

Odp. Tak.

Pyt. 26 Czy szkolenie winno się odbywać w jednym ciągu tj. 2 tyg (2 x po 5 dni roboczych) czy Zamawiający dopuszcza rozbić szkolenia? Jeżeli dopuszcza to w jaki sposób?

Odp. W ramach indywidualnych ustaleń.

Pyt. 27 dot. załącznika nr 1 pkt 66

W związku z prowadzeniem Zamawiającego w błąd przez firmę Siemens w temacie możliwości zaoferowania rozwiązania polegającego na spełnieniu wymogu prezentacji sygnału zewnętrznego, np. echa wewnątrznaczyniowego Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania rozwiązania polegającego na możliwości wyświetlania sygnału zewnętrznego np: echa wewnątrznaczyniowego na jednym z monitorów zawieszonych sufitowo w pokoju badań lub na dodatkowym monitorze zawieszonym sufitowo w pokoju badań ?

Odp. Nie.

Pyt. 28 dot. załącznika nr 1 pkt 73

W związku z prowadzeniem Zamawiającego w błąd w temacie dynamicznego roadmappingu gdyż zamawiający specyfikował stacje do rekonstrukcji 3D a firma Siemens jak pisze ma taką funkcjonalność w ofercie Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania Roadmappingu dynamicznego 3D kompensującego w czasie rzeczywistym ruchy i nieostrości obrazów wynikających z poruszania pacjenta w trakcie wykonywania zabiegu i rotacji ramienia C?

Odp. 2D lub 3D dynamiczny.

Pyt. 29 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy przedmiotu umowy do 9 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 30 Czy Zamawiający dopuszcza § 3 i nadanie jej następującego brzmienia:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 tj. w terminach:

- 14 dni od daty podpisania umowy na dostarczenie uzasadnionych przepisami prawa budowlanego szczegółowych wytycznych jakie Zamawiający musi zrealizować celem przygotowania pomieszczeń do montażu sprzętu;*
- 30 dni na dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości pomieszczenia do montażu sprzętu;*
- 10 dni na przeszkolenie personelu od daty uruchomienia sprzętu”.*

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodna obniżenie kar umownych do 0,1% ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 32 Czy Zamawiający ograniczy wysokość naliczonych kar do 10% wartości umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 33 Z uwagi na wymagania zamawiającego dotyczące zapoznania się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia prosimy o zamieszczenie tych dokumentów na stronie internetowej Zamawiającego. Z uwagi na wymagania Zamawiającego w tym zakresie należy je traktować jako załącznik do SIWZ.

Odp. Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „przetargi”.

Pyt. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu z 2 dni do 3 dni w pkt 132 tabeli parametrów technicznych?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pyt. 35 Czy pod pojęciem dni Zamawiający rozumie dni robocze z włączeniem, świąt, niedziel i sobót?

Odp. Tak.

Pyt. 36 do załącznika nr 1 SIWZ pkt 129 Czy zamawiający udostępni możliwość zdalnego podłączenia aparatu do internetu poprzez sieć szpitalną?

Odp. Tak.

Pyt.37 do załącznika nr 1 SIWZ do pkt 129 i par7.3 Czy zamawiający zgodzi się doprecyzować zapisy mówiące o 24h czasie przystąpienia do naprawy , w ten sposób, że dotyczy to dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Odp. Wchodzą dni ustawowo wolne od pracy.

Pyt.38 do załącznika nr 1 SIWZ do pkt 130. Czy zamawiający zgodzi się by przeglądy techniczne odbywały się nie rzadziej jak co 6 miesięcy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt.39 do załącznika nr 1 SIWZ do pkt 146 Czy połączenia urządzenia z istniejącym serwerem PACS w celu archiwizacji obrazów oraz z systemem HIS, RIS wymaga dodatkowych licencji? Prosimy o podanie firmy będącej dostawcą PACS/RIS.

Odp. Nie wymaga, dostawca PACS/RIS- UHC.

Pyt. 40 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt III 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego rozwiązania opartego na mocowaniu statywu na podłodze. Statyw mocowany na podłodze zapewnia wiele przewag nad rozwiązaniem sufitowym nie zwiększając wymogów dotyczących niezbędnej powierzchni pracowni. Pracownia wyposażona w statyw z mocowaniem podłogowym nie wymaga kosztownego wzmocnienia sufitu, co jest niezbędne w celu umożliwienia powieszenia na suficie urządzeń, których waga przekracza tonę. Istotna jest również stabilność konstrukcji i możliwość pojawienia się drgań. Kolejnym elementem jest możliwość zachowania czystości i sterylności. Ważny jest dostęp do poszczególnych części angiografu oraz niebezpieczeństwo gromadzenia się kurzu w konstrukcji zapewniającej przesuw angiografu, ukrytej w konstrukcji sufitowej.

Odp. Nie

Pyt. 41 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt III 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego rozwiązania, dla którego zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głowę pacjenta był nie mniejszy niż 222°. Postulowany zakres 222° projekcji w pełni pokrywa całą przestrzeń wymaganych ustawień i pozwala na zobrazowanie wszystkich naczyń we wszystkich procedurach. Dostępne w konkurencyjnych rozwiązaniach szersze zakresy angulacji nie są wykorzystywane. Ruch ramienia powyżej tych wartości nie daje żadnych dodatkowych informacji. Co również istotne, pełen zakres ruchów podanych w warunku jest w wielu sytuacjach niemożliwy do uzyskania, ponieważ na dalszy ruch ramienia nie pozwala stół i ciało pacjenta.

Odp. Nie

Pyt. 42 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt III 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnego rozwiązania, dla którego zakres projekcji CRANIAL/CAUDAL [°] w pozycji statywu za głowę pacjenta był nie mniejszy niż 95°. Postulowany zakres 95° projekcji w pełni pokrywa całą przestrzeń wymaganych ustawień i pozwala na zobrazowanie wszystkich naczyń we wszystkich procedurach. Dostępne w konkurencyjnych rozwiązaniach szersze zakresy angulacji nie są wykorzystywane. Ruch ramienia powyżej tych wartości nie daje żadnych dodatkowych informacji. Co również istotne, pełen zakres ruchów podanych w warunku jest w wielu sytuacjach niemożliwy do uzyskania, ponieważ na dalszy ruch ramienia nie pozwala stół i ciało pacjenta.

Odp. Nie

Pyt. 43 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt III 17: Zamawiający wymaga aby szybkość ruchów statywu [°/s] przy angiografii rotacyjnej nie była mniejsza niż 50 °/s. Wnioskujemy o zmianę wymagania na nie mniejsza niż 40 °/s. Należy zwrócić uwagę, że różnica wynosi 10°/s, co przy obrocie o 180° (od pionu do pozycji bocznej) przy prędkości 50°/s zajmuje 3,6 s, przy prędkości 40°/s taki sam obrót zajmuje 4,5 s. Tak więc różnica wynosi mniej niż sekundę, co praktycznie nie wpływa na czas wykonywanego badania.

Odp. Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 1 do SIWZ pkt. 17 : „Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniejsza niż 40°/s.

Pyt. 44 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt III 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienia nieograniczonego dostępu do pacjenta poprzez ustawienie pozycji parkingowej statywu oraz obrót stołu. Wymóg w aktualnym brzmieniu dotyczy angiografów z mocowaniem sufitowym. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie angiografów z mocowaniem podłogowym prosimy o rozszerzenie wymogu i umożliwienie zaoferowania angiografów, które nieograniczony dostęp do pacjenta realizują poprzez ustawienie pozycji parkingowej statywu oraz obrót stołu.

Odp. Nie.

Pyt. 45 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 34: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym wykorzystywane są 3 poziomy filtracji o wartościach odpowiadających 0,1; 0,2; 0,3 mm Cu. Zastosowanie filtracji miedziowej jest rozwiązaniem czysto technologicznym. Nie jest to parametr powodujący ograniczenie zakresu badań poszczególnych urządzeń. Zastosowanie konkretnych wartości filtrów miedziowych o poszczególnych grubościach wynika z zastosowanej technologii oraz badań optymalizacyjnych dla poszczególnych aplikacji.

Odp.Nie

Pyt. 46 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 46: Czy Zamawiający przez wymiary detektora rozumie aktywne pole obrazowania detektora?

Odp.Nie.

Pyt. 47 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 46: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie angiografu wyposażonego w panel cyfrowy o polu obrazowania 31 x 31 cm. Podanie w specyfikacji wymogu rozmiaru panelu powoduje, że mogą zostać zaoferowane z dostępnych na rynku wyłącznie panele

dedykowane do badań naczyniowych o rozmiarach 29 x 38 cm lub 41 x 41 cm. Nie ma możliwości zaoferowania specjalnego panelu uniwersalnego o rozmiarze 31 x 31 cm, który pozwala na wygodne obrazowanie serca w pełnym zakresie wymaganych zabiegów. Panel 31 x 31 cm pozwala również na wykonywanie wszystkich procedur obwodowych. Jeżeli planujecie Państwo wykonywanie badań tak w zakresie kardiologii interwencyjnej, jak również procedury obwodowe, optymalnym rozwiązaniem jest uniwersalny angiograf wyposażony w panel o rozmiarze 31 x 31 cm.

Odp. Nie

Pyt. 48 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 48: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego rozmiarów pikseli detektora. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania wykorzystującego panel cyfrowy o rozmiarach piksela 200 μm ? Zamawiający umieścił wymóg wielkości piksela maks. 160 μm . Rozmiar piksela jest parametrem technicznym, nie jest realnym miernikiem jakości obrazu. Parametrem, który jest najbardziej precyzyjnym miernikiem jakości obrazu jest DQE, a nie wielkość samego piksela.

Odp. Nie

Pyt. 49 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 49: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zapewniającego 4 predefiniowane pola widzenia. Należy pamiętać, że wszystkie oferowane systemy wyposażone są w system blend pozwalające na uzyskanie dowolnej wielkości pola widzenia.

Odp. Nie

Pyt. 50 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt VII 50: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utrzymanie wymogu poprzecznego i podłużnego ustawienie detektora dla oferowanych detektorów prostokątnych i odstąpi od tego wymogu dla oferowanych detektorów kwadratowych. Istotną cechą detektorów kwadratowych jest równy wymiar poprzeczny i wzdłużny. Tak więc dla detektorów kwadratowych wymóg nie ma zastosowania.

Odp. Nie

Pyt. 51 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt XI 94: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na przesuw poprzeczny płyty pacjenta w zakresie min. +/- 14 cm. Zakres +/- 14 cm jest zakresem w pełni wystarczającym do zapewnienia pełnego zakresu badania bez konieczności przesuwania pacjenta, ponieważ rozmiar klatki piersiowej to około 32 cm licząc po zewnętrznej stronie żeber dorosłego człowieka. Przesuw +/- 14 sumując razem z rozmiarem panelu, zapewnia pełne pokrycie klatki piersiowej.

Odp. Nie

Pyt. 52 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt XI 95: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające nachylenie płyty pacjenta – głowa w górę/ w dół w zakresie łącznym 32 st. Należy zwrócić uwagę na fakt, że postulowany łączny zakres przekracza wymagany +/- 15 st. Jednak przy niesymetrycznym wychyleniu w obie strony wymóg w oryginalnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odp. Nie

Pyt. 53 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt XI 96: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nachylenia bocznego płyty pacjenta. Funkcjonalność bocznego pochyłu jest niezwykle rzadko używana, zaś utrzymanie wymogu w oryginalnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odp. Nie

Pyt. 54 dot. załącznika nr 1 do SIWZ, punkt XI 102, 103: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego rozwiązania rekomendującego resuscytację na cofniętym blacie stołu. Istotny jest fakt, że resuscytacja nie jest prowadzona w czasie kiedy pacjent znajduje się pod ramionami angiografu. Dostęp do pacjenta jest wtedy znacząco utrudniony. Najszybszym sposobem zapewnienia dostępu do pacjenta jest cofnięcie blatu do pozycji neutralnej stołu. Ruch stołu i jego cofnięcie zajmuje kilka sekund, tak więc nie jest to żadne istotne ograniczenie.

Odp. Nie

Pyt. 55 dot. II. punktu V. Sposób oceny warunków SIWZ ppkt. 3 „posiadanie doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia”:

Czy Zamawiający dopuści na potwierdzenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanie przez Wykonawcę dostaw tomografów komputerowych? Jeżeli chodzi o rodzaj i złożoność zamówienia to dostawy tomografów są tożsame z dostawą angiografów (dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego) i są wystarczające, aby wykazać wymagane przez Zamawiającego wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 56 dot. wzoru Umowy Dostawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ): § 7 ust. 3:

Prosimy o modyfikację ust. 3 w następujący sposób:

„3. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż **72 h** od daty zgłoszenia awarii”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 57 dot. wzoru Umowy Dostawy § 8 ust. 1:

Prosimy o modyfikację ust. 1 pkt. b oraz ust. 3 w następujący sposób:

„b) **0,1%** wartości niewykonanej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub **0,1%** wartości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii.

(...)

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych **do wartości rzeczywiście poniesionej szkody**, o których mowa w § 8 ust. 1.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

Pyt. 58 dot. wzoru Umowy Dostawy § 9 ust. 1:

Prosimy o modyfikację ust. 1 w następujący sposób:

„1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 – powyżej **30 dni.**”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

Pyt.59 dot. wzoru Umowy§5.6

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści tego zapisu na następującą: „§5.6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego bez zgody Zamawiającego”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

Pyt. 60 dot. wzoru Umowy §7.1 oraz §7.2

Prosimy o zmianę w poniższych zapisach określenia „bezpłatnych” na „w ramach ceny”. W §7.1 Umowy jest mowa o „bezpłatnych przeglądach serwisowych w okresie gwarancyjnym”, a w §7.2 jest mowa o „bezpłatnym serwisie gwarancyjnym”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*