



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/26/PN-21/11

Wałbrzych, 22.04.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy obłożeń do implantacji stymulatorów oraz odzieży dla kierowców, sanitariuszy i ratowników medycznych w SOR”

-Zp/26/PN-21/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby otwory w obłożeniu na pacjenta były wypełnione folią chirurgiczną?

Odp. Nie muszą być pokryte folią chirurgiczną samoprzylepną, ale muszą być pokryte od spodu klejem umożliwiającym przyklejenie obłożenia do odkażonego pola operacyjnego.

Pyt. 2 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta o wymiarach ok. 330cm x 218cm z krawędzią przezroczystą z prawej strony o wymiarze 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pyt. 3 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta o wymiarach ok. 330cm x 218cm z krawędzią przezroczystą z prawej strony o wymiarze 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*