



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 12.05.2011 r.

DZPZ-530-Zp/33/PN-27/11

Wykonawcy - wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego
– Zp/33/PN-27/11*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz. 1 okrągły port o wysokości 11,5 mm, z 4 otworami mocującymi, zawierający cewnik wykonany z poliuretanu o rozmiarze 5,8 F o średnicy wewn. 1 mm i długości 76 cm, igłę ze skrzydełkami o dł. 19 mm, oraz igły Hubera bez drenu prostą (20G/25mm) i zakrzywioną (20G/19cm)?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz. 2 i 3 okrągły port o wysokości 11,5 mm, z 4 otworami mocującymi, o masie 4,8g zawierający cewnik wykonany z poliuretanu o rozmiarze 5,8 F, o średnicy wewn. 1 mm i długości 76 cm, igłę ze skrzydełkami o dł. 19 mm??

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu w poz. 1 okrągły port o wysokości 11,5 mm, z 4 otworami mocującymi, zawierający cewnik poliuretanowy bez pokrycia heparynowego, o rozmiarze 5,8 F, o średnicy wewn. 1 mm i długości 76 cm, igłę ze skrzydełkami o długości 19 mm, oraz igły Hubera bez drenu prostą (20G/25mm) i zakrzywioną (20G/19cm)?

Odp. Tak jak w SIWZ.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 4, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na zestawy okulistyczne o rozmiarze całkowitym 132x142 cm, z folią chirurgiczną do nacięcia o rozmiarze całkowitym folii 12x20 cm oraz rozmiarem otworu do nacięcia 9x13cm, z torebką do zbierania płynów o rozmiarze 24x29cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 9

Czy oferowane zestawy okulistyczne ze względu na wymagane wysokie standardy bezpieczeństwa pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych – powinny być wykonane z nietekstylnego materiału nie zawierającego pylącej celulozy, uczulającego lateksu i nieoddychającego polietylenu?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9

Czy torebka do zbioru płynu powinna posiadać specjalny metalowy kształtnik, umożliwiający dowolne i wygodne jej uformowanie i zapewniający prawidłowy odpływ płynów z pola operacyjnego w trakcie całego okresu wykonania procedury?

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu nr 9

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (w tym także sprawy odszkodowawcze) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego także po wykonanej procedurze – oferowane zestawy okulistyczne powinny być oznaczone logo lub nazwą producenta, nazwą własną wyrobu lub numerem katalogowym na samym wyrobie oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 9

Czy zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami aseptycznego pakowania wyrobów użytkowanych na blokach operacyjnych oferowane zestawy okulistyczne powinny być pakowane w wewnętrzne pełnobarierowe niepyłące opakowanie oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z opisem w języku polskim oraz min. jedną etykietę typu TAG z danymi wyrobu wklejaną w dokumentację medyczną z oznaczeniem minimum daty ważności, numeru serii, rodzaju sterylizacji oraz numerem katalogowym oferowanego wyrobu?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakietu nr 9

Czy oferowane zestawy okulistyczne ze względu na pełne bezpieczeństwo pacjenta powinny spełniać wymóg przynajmniej najniższej klasy palności tj. klasy I oraz wymóg zgodności z wszystkim zapisami obowiązującej normy PN-EN 13795-1-3?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby maski nadawały się do sterylizacji w autoklawie w temp. 134°?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby maski dla dorosłych (pozycje 2, 3, 4) posiadały pompowane mankiety uszczelniające?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 12, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów okulistycznych wykonane z chłonnego nieprzemakalnego laminatu o składzie:

- serweta o wymiarach 130x150 cm, wyposażona w otwór 9x12cm wypełniony folią chirurgiczną oraz warstwę chłonną wokół otworu,
- kieszeń przylepną o wymiarach 20x20cm do przechwytywania płynów lub zestawów okulistycznych o składzie:
- ręcznik chłonny 19x25cm,
- folia chirurgiczna 10x12cm,
- serweta okulistyczna 150x180cm z kieszeniami, otwór 5x7cm,
- serweta na stolik 150x140cm, 75x140 warstwa chłonna?

Odp. Nie

Pytanie 13, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający ma na myśli sztywną tubę z kielichowatym rozwarciem na jej końcu, swobodnie mieszczącym we wnętrzu złączkę luer-lock cewnika?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie 24G 0,72x19cm o przepływie do 20 ml/min.?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 15, dot. pakietu nr 13 poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jakiego rodzaju przedłużacza do podawania leków światłoczułych (czarny lub bursztynowy) oczekuje : zawierającego ftalany, czy bez ftalanów DEHP?

Odp. Bez ftalanów

Pytanie 16, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o rozmiarze całkowitym 140x127cm, folia do nacięcia 9x11,5cm, torebka 14,6x25,4 cm o pojemności 500 ml?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści silikonowe maski resuscytacyjne spełniające wymagania SIWZ w rozmiarach : #0, #1, #2 – Niemowlęta; #3 – Dzieci; #4, #5 - Dorośli?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji okulistycznych o składzie:

1 x Serweta na stół 100 x 150 cm

1 x Serweta operacyjna 120 x 170 cm, z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynu, z wzmocnieniem do odpowiedniego ukształtowania, otwór 10 x 10cm

2 x Ręcznik do rąk?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza układy oddechowe o następujących parametrach?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych, średnica wew. rury 19mm, pułapka wodna na wdechu i na wydechu, długość ramienia wdechowego i wydechowego 150cm, długość rury respirator-nawilżacz 50cm, w komplecie 2 dreny ciśnieniowe. Produkt biologicznie czysty (numer katalogowy RT134)

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe smoczki bezlateksowe z nakrętką pakowane sterylnie, pojedynczo z odpowietrzaczem, w dwóch rozmiarach kodowanych kolorem, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Dwa rozmiary to za mało.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wielorazowe butelki z nakrętką o pojemności 150 ml, wykonane z wytrzymałego polipropylenu, spełniające wszystkie pozostałe wymagania ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniul posiadających zastawkę antyzwrotną będącą alternatywnym zabezpieczeniem do opisanego filtra hydrofobowego. Rozwiązanie takie stosuje w swoich kaniulach światowy lider BECTON DICKINSON?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 23

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zamówienia na cito do 2 dni roboczych?

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:

„0,2% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.