



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 30.05.2011 r

DZPZ-530-Zp/37/PN-31/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego – Zp/37/PN-31/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników diagnostycznych typu pitgail z 8 otworami ?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pakiet nr 21

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 21 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanymi przez Zamawiającego wstrzykiwaczami Medrad Mark V ProVis (nr seryjny 93181) i nie spowodują usterek w jego działaniu, ani jego uszkodzenia?

Odp. Tak.

Pakiet nr 21

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 21 pisząc:

Wkład do strzykawki automatycznej – wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V ProVis

ma na myśli:

Zestaw składający się z wkładu o poj. 150 ml i złącza szybkiego napełniania (łącznik rurkowy), w pełni kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Mark V ProVis?

Odp. Tak.