



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

**tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

DZPZ-530-Zp/36/PN-30/11

Wałbrzych, 30.05.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę zestawu do operacji endoskopowych kręgosłupa z dojścia interlaminarnego i trans/ extra foraminarnego”

-Zp/36/PN-30/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści system do operacji endoskopowych kręgosłupa z dojścia interlaminarnego i trans/extraforaminarnego posiadający tę samą funkcjonalność co system opisany przez zamawiającego, tzn.:

1	Igła nakłuwająca śr. 1,2 mm, dł. robocza 25 cm, 1 szt.
2	Drut prowadzący, śr. 0,7 mm, dł. 41 cm, 5 szt., 1 szt.
3	Ostrze dylatacyjne, śr. zewn. 6,8 mm, śr. wew., 1,4 mm, dł. 22 cm, 1 szt.
4	Trepan, śr. 2.7 mm, dł. 30cm, 1 szt.
5	Trepan, śr. 4,2mm, dł. 25cm, 1 szt.
6	Młotek COTTLE, z wymiennymi nakładkami, dł. 22,5 cm; 1 szt.
7	Płaszcz roboczy, śr.zewn.7,5 mm, śr. wew. 6,8mm, dł. rob. 15 cm, końcówka dystalna ucięta, 1 szt.
8	Rękaw osłonowy, do użycia z płaszczami roboczymi, 1 szt.

9	<i>Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu Hopkins II, kąt patrzenia 25 stopni, okular skośny, dł. 18 cm, śr. zewn. 6.6mm, autoklawowalna, kanał instrumentowy śr. 3.5mm; 1 szt.</i>
10	<i>Kleszcze chwytające, bransze odginane pionowo, obie bransze ruchome, śr. 3,5 mm, dł. robocza 36 cm; 1 szt.</i>
11	<i>Zagięta sonda bipolarna, śr. 2,7mm, dł. rob. 36 cm, składająca się z uchwytu sprężynującego z przyłączem bipolarnym, bipolarnego wkładu, i płaszcza zewnętrznego; 1 szt.</i>
12	<i>Disektor, śr. 2,6mm, dł. rob. 36cm, zagięty dystalnie 45 stopni, 1 szt.</i>
13	<i>Haczyk palpacyjny, zagięty 45°, śr. 2 mm, dł. rob. 34 cm; 1 szt.</i>
14	<i>Odginalne kleszcze chwytające, otwierane 90 stopni, jedna bransza ruchoma, śr. 3.5mm, dł. rob. 36 cm, 1 szt.</i>
15	<i>Punch tnący, z haczykiem, monopolarny, obrotowy, śr. 3.5mm, dł. rob. 36 cm, składający się z plastikowej rączki, i wkładu szczypiec biopsyjnych; 1 szt.</i>
16	<i>Punch, bransze odginane pionowo, obie bransze ruchome, śr. 3,5 mm, dł. robocza 36 cm, 1 szt.</i>
17	<i>Punch, rozbieralny 90 stopni, dł. 30 cm, składający się z wkładu, płaszcza zewnętrznego i rączki. Ostrze ukośne, 1 szt.</i>
18	<i>Punch, rozbieralny 90 stopni, dł. 30 cm, składający się z wkładu, płaszcza zewnętrznego i rączki. Ostrze proste, 1 szt.</i>
19	<i>Haczyk palpacyjny, możliwe zgięcie 90 stopni, z kulką w części dystalnej, śr. 3.5mm, dł. 36 cm. Składający się z rączki i płaszcza wraz z ruchomym wkładem; 1 szt.</i>
20	<i>Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okulem skośnym, wym. zew. 515 x 240 x 84 mm</i>
21	<i>Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 1 poziom, wym. 525 x 240 x 50 mm</i>
22	<i>Uniwersalna konsola sterująca napędami wielofunkcyjnymi z kompletem kabli-1 szt. Konsola wyposażona w wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch napędów. Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy LED o przekątnej 6.4". Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę płuczaco/chłodzącą . Pompa perystaltyczna z regulacją przepływu. Konsola wyposażona w wysięgnik na pojemnik z roztworem płuczaco/chłodzącym. Wskaźnik słupkowy oraz numeryczny prędkości obrotowej podłączonego napędu wyświetlany na ekranie dotykowym. Wskaźnik słupkowy wartości przepływu pompy perystaltycznej wyświetlany na ekranie dotykowym. Zapamiętywanie przez konsolę ostatnio używanych parametrów pracy. Możliwość zaprogramowania maksymalnej prędkości obrotowej dla podłączonego napędu. Rozpoznawanie podłączonych uchwytów. Parametry pracy konsoli max. 12 000 obrotów/min</i>
23	<i>Zestaw wielorazowych drenów silikonowych do pompy wraz z igłą do wklucia w komplecie.</i>
24	<i>Dwupedałowy przełącznik nożny z funkcją proporcjonalności do sterowania prędkością i kierunkiem uchwytów oraz włącz/wyłącz i przepływem pompy – 1 szt.</i>
25	<i>Możliwość przełączania się pomiędzy podłączonymi uchwytami przy pomocy ekranu dotykowego oraz przełącznika nożnego</i>

26	<i>Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego</i>
27	<i>Uchwyt napędowy kompatybilny z konsolą sterującą - 1 szt.. Konstrukcja uchwytu umożliwiająca trzymanie uchwytu prostopadle do osi przyłączonego wiertła. Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący. Uchwyt wyposażony w kanał płuczący. Uchwyt wyposażony w specjalne otwory przeznaczone do wprowadzania substancji smarującej podczas konserwacji. Blokowanie wiertła w uchwycie uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie. Uchwyt nadający się do czyszczenia maszynowego oraz sterylizacji parowej (134°C)</i>
28	<i>Wiertło owalne, śr. 3,5 mm, dł. 30 cm – 2 szt.</i>
29	<i>Akcesoria:</i>
30	<i>Smar uniwersalny w sprayu wraz z aplikatorem do konserwacji uchwytu - szt. 1</i>
31	<i>Smar do konserwacji ostrzy i frezów - szt. 1</i>
32	<i>Dren płuczący do zastosowania z konsolą i uchwytem napędowym, sterylny, 2 op. (10 szt. w op.)</i>
33	<i>Dren płuczący do zastosowania z konsolą i uchwytem napędowym, wielorazowy autoklawowalny – 1 szt.</i>

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego systemu. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*