



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 03.06.2011 r

DZPZ-530-Zp/37/PN-31/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego – Zp/37/PN-31/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy w Pakiecie nr 12 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów o bardziej zróżnicowanych długościach - 5; 8; 10; 12; 15; 20; 30 mm (zamiast wymaganych 9, 12, 15, 20, 30 mm), shafcie proxymalnym 1,9F, dystalnym 2,36F (dla średnic 1,0-1,75mm), 2,55F (dla średnic 2,0 do 3,0 mm) i 2,7 F (dla średnic 3,0 do 4,0 mm) i dużo szerszym zakresie średnic - 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 mm (zamiast wymaganych 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm)?

Odp. Wyrażamy zgodę.

2. Czy w Pakiecie 13 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balonów o profilu 0,029" dla średnicy 3,0mm, lecz o lepszych parametrach ciśnieniowych (NP 12 ATM, RBP 22 ATM) i szerszym zakresie rozmiarów - przekroje balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm)?

Odp. Wyrażamy zgodę.

3. Czy w Pakiecie 20 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o średnicach 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,0; 3,25; 3,50; 4,0 i szerszym zakresie długości - 8; 10; 12; 14; 16; 18; 19; 24; 28; 34; 38 mm (zamiast wymaganego zakresu 8 – 32 mm) oraz lepszych parametrach wytrzymałościowych – RBP 18 bar?

Odp. Wyrażamy zgodę.