



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 03.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-32/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy opakowań sterylizacyjnych – Zp/38/PN-32/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Zapis X Rozdziału SIWZ pkt. A. 10 :Prosimy o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „fotografie przedmiotu zamówienia”. Czy należy załączyć fotografie zaoferowanego asortymentu, czy może etykiet z opakowań transportowych przedmiotu zamówienia?

Odp. Fotografie zaoferowanego asortymentu.

Pytanie 2, dot. załącznik nr 1 pozycja nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów spełniających wymagania o szerokości 400 mm lub 350 mm?

Odp. Tylko 400 mm

Pytanie 3, dot. załącznik nr 1 pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów spełniających wymagania o szerokości 400 mm?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. załącznik nr 1 pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści włókninę spełniającą wymagania o wymiarach 137 cm x 137 cm?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. załącznik nr 1 pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści torebki włókninowe o wymiarach 50 cm x 75 cm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. wymagania techniczne – rękawy foliowo-papierowe

Czy Zamawiający dopuści rękawy, w których napisy w języku polskim zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych są umieszczone jedynie na etykietach opakowań handlowych?

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. projekt umowy §8 pkt. 1.1

Prosimy o wykreślenie zapisu lub wyjaśnienie zasadności zapisu dotyczącego kar za godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito” towarów takich jak opakowania sterylizacyjne (a nie towarów „ratujących życie”).

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 8, dot. umowy

Prosimy o określenie terminu płatności za dostarczony towar.

Odp. 30 dni.

Pytanie 9

Czy w pozycji nr 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy foliowo – papierowe w rozmiarze 21 cm? Różnica na korzyść Zamawiającemu pozwoli nam na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odp. Tak

Pytanie 10

Czy w pozycji nr 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę sterylizacyjną w rozmiarze 120 cm x 150 cm?

Odp. Tak

Pytanie 11

Czy w pozycji nr 1-10 Zamawiający wymaga, aby informacja o normie znajdowała się na każdym rękawie obok wskaźnika sterylizacji?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12, dot. poz. 1-10

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11, dot. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękaw folia – papier płaski w rozmiarze 350 mm x 200 m?

Odp. Nie

Pytanie 12, dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rękaw folia – papier płaski w rozmiarze 400 mm x 200 m?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. poz. 12

Czy Zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną niebieską w rozmiarze 137 x 137 cm?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 30 mm x 50 m?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 30 mm x 45 m?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 42 mm x 60 m?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty certyfikatu zgodności z normami w zamian za oświadczenie w postaci protokołu zgodności z normami?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17, dot. poz. 1-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo – foliowych do sterylizacji (poz. 1-10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 35 cm x 200 m lub 40 cm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 38 cm x 200 m?

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko 40cm x 200 m

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 40 cm x 200 m w miejsce rękawa o wymiarach 42 cm x 200 m?

Odp. Tak