



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 15.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-36/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/42/PN-36/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 6 dializatory z błoną syntetyczną polieterosulfonową o pozostałych parametrach zgodnych z zapisami siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w paragrafie 6 ustęp 5 umowy obecnego zapisu na zapis o treści: "Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- a. istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- b. zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności,
- c. istotnej zmiany cen przez producenta"?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3, dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 8 ust. 1 punkt 2 zapisu: „wartość umowy” na „wartość nie zrealizowanej części umowy”?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści dializator poliethersulfonowy, spełniający pozostałe parametry siwz?

Odp. Zamawiający dopuszcza.