



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 15.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/43/PN-37/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych – Zp/43/PN-37/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie niejonowych tenzydów, posiadających pozytywną opinię producenta dot. zastosowania w myjniach ETD firmy Olympus, oraz badanie wykonane w myjniach ETD przez laboratorium ULM GmbH?

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat enzymatyczny, który nie ma opinii firmy Olympus, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat posiadający pozytywną opinię producenta dot. zastosowania w myjniach ETD firmy Olympus, oraz badanie wykonane w myjniach ETD przez laboratorium ULM GmbH?

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1 poz. 1 i 2

Zamawiający wymaga pozytywnej opinii Olympus. Zapis ten narusza zasady uczciwej konkurencji i uzależnia sprzedaż preparatów firm konkurencyjnych w zależności od opinii uznaniowej. Preparaty firmy Schulke & Mayr Thermosept ED i Thermosept ER zostały przebadane przez niezależne instytucje i spełniają wszelkie wymogi techniczne, jakościowe oraz normatywne (norma EN 15883). Firma Schulke & Mayr udziela gwarancji na preparaty Thermosept ED i Thermosept ER, które są równoważne z preparatami firmy Olympus oraz gwarancji na uszkodzenia myjni wynikającej w skutek negatywnego działania preparatów. Zgodnie z Ustawą Pzp podstawową zasadą są właściwości fizyk-chemiczne, zgodność materiałowa, a nie opinia uznaniowa konkurencyjnej firmy. Żądanie oświadczenia firmy Olympus stanowi prowadzenie niedozwolonej praktyki monopolistycznej, polegającej na narzucaniu preparatów w oparciu nie o cechy i właściwości, a o to, którego mają być producenta.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Stosowanie preparatów Thermosept ED i Thermosept Ernie wymaga jakiejkolwiek zmiany preparatów charakterystycznych dla procesu mycia i dezynfekcji. Preparaty Thermosept ED i Thermosept ER używane są w wielu szpitalach i nie stwierdzono jakiegokolwiek niekorzystnego działania zarówno na dezynfekowane endoskopy jak i na mycie dezynfektorów. Maszyny osiągają pełną skuteczność myjącą i dezynfekującą.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu pozytywnej opinii firmy Olympus.

Odp. Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie zdania „Preparat musi być pozytywnie zaopiniowany przez firmę Olympus.” zastępując : „Preparat musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego myjniemi : MiniETD oraz ETD3 firmy Olympus” W pozostałym zakresie powinna być zgodny z SIWZ.

Pytanie 5, dot. projektu umowy § 6 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy była możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie dodatkowego paragrafu dotyczącego siły wyższej o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych w związku z okolicznościami wystąpienia „siły wyższej” – druga strona powinna być poinformowana na piśmie, w terminie do 14 dni od momentu zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem umowy w trybie natychmiastowym.
2. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 2 miesiące, strony umowy mogą rozwiązać umowę w całości lub w części bez odszkodowania. W takim przypadku rozwiązanie umowy, jej wykonanie i końcowe rozliczenie powinno być uzgodnione przez obie strony umowy.
3. Pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, które będą miały miejsce po zawarciu niniejszej umowy, takie jak: wojna, zamieszki, rewolucje, strajki – oficjalnie ogłoszone trzęsienie ziemi, pożary lub klęski żywiołowe, wybuchy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.