



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 21.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-43/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń, pojemników do badań histopatologicznych, zestawów odczynników i przeciwciał do diagnostyki immunohistochemii–Zp/49/PN-43/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw do operacji okulistycznych:

- serweta o wymiarach 140 x 120cm z otworem okrągłym o średnicy 8 cm wypełnionym folią chirurgiczną, wykonana z 3 warstwowej chłonnej barierowej polipropylenowo-polietylenowowiskozowej o gramaturze 73g/m²,
- kieszeń na płyny o wymiarach 30 x 20cm wykonanej z 2 warstwowej włókniny barierowej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56g/m²,
- serweta na stół instrumentalny o wymiarach 130 x 90cm?

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby w Pak. 1 serweta do zabiegów okulistycznych była wykonana z włókniny typu SMS, nieprzemakalnej i paro przepuszczalnej o gramaturze min. 51g/m², gwarantującej komfort pacjenta podczas zabiegu.

Odp. Tak

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy serweta okulistyczna powinna być wykonana w następujący sposób: serweta wyposażona w otwór 10x10cm zintegrowana z folią chirurgiczną o wymiarze 10x10cm oraz kieszeń do zbiórki płynów oraz dodatkowo do serwety dołożony knot do odprowadzania krwi i płynów z pola operacyjnego. Obecny opis sugeruje, że każdy element obłożenia może być zaoferowany „luzem” (serweta, folia, kieszeń, knot) w jednym sterylnym opakowaniu.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Wyżej wymieniony opis jest prawidłowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Pak. 1 serwetę okulistyczną o wymiarach 120x160cm, oraz wyposażoną w dwie kieszenie do zbiórki płynów zamiast jednej, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu serwet do operacji okulistycznych o następującym składzie:

- 1 x Serweta na stolik 100 x 150 cm
- 1 x Serweta operacyjna 120 x 170 cm, z folią chirurgiczną, dwiema kieszeniami przylepnymi do przechwytywania płynu, z wzmocnieniem do odpowiedniego ukształtowania, otwór 10 x 10cm
- 2 x Ręcznik do rąk?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o pojemności 35 ml?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7, dot. pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o pojemności 120 ml?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakiet nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników o pojemności 250 ml?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 poz. 24 przeciwciała Rb a Hu CD117, c-Kit w opakowaniu o objętości 0,2mL i zaoferowanie wielokrotności takiego opakowania celem pokrycia zapotrzebowania Zamawiającego?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przeciwciał Rb a Hu CD117, c-Kit w opakowaniu będącą wielokrotnością obj. 0,2mL

Pytanie 10, dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przeciwciała gotowe do użytku w opakowaniu o pojemności 7 ml?

Odp. Zamawiający dopuści przeciwciała gotowe do użycia w opakowaniu o poj. 7 ml.

Pytanie 11, dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało Ki67 o klonie SP6 zamiast klonu MIB1, który jest dostępny tylko w firmie DAKO?

Odp. Zamawiający nie dopuści przeciwciała Ki67 o klonie SP6. Przeciwciało Ki67 o klonie MIB1 Zamawiający używa w celu porównania i konsultacji z innymi zakładami używającymi przeciwciała Ki67 klonu MIB1.

Pytanie 12, dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało NSE o klonie E27?

Odp. Zamawiający nie dopuści przeciwciała NSE o klonie E27. Przeciwciało NSE BB/NC/VI-H14 jest niezbędne w celu porównania i konsultacji barwień z innych zakładów patomorfologii.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 3

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu zestawu do oznaczania statusu receptora HER 2, produkt w tej postaci występuje tylko u jednego dostawcy co zmniejsza konkurencyjność cen?

Odp. Nie