



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 21.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/48/PN-42/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, sztucznej opony, wosku kostnego – Zp/48/PN-42/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „0” przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 29,9mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici na rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 8 w pozycjach 1-12 igieł odwrotnie tnących przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 2 nici o długości 75 cm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 7

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 4 igły o długości 45 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 11 igły o długości 16 mm lub igły o długości 12 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Wyrażamy zgodę na igłę 12 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 1 igły o długości 90 mm i nici o długości 100 cm bez tubek przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 8. Jest to pozycja specjalistyczna i dostępna u jednego wykonawcy, co znacząco zmniejsza szanse uczciwej konkurencji. Wydzielenie pozycji pozwoli na postawienie większej ilości atrakcyjnych cenowo ofert.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 11, dot. pakiet nr 2, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sztucznej opony o wymiarach 4 cm x 5 cm?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający ze względu na specyficzny rodzaj szwu, wymaga szwów pakowanych w opakowania zmniejszające pamięć szwu?

Odp. Nie wymagamy.

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 5 szwu z igłą podwójną, jeśli nie wymaga czy dopuści szew z igłą podwójną?

Odp. Dopuszczamy igłę podwójną.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 8 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną 30 mm lub 26 mm, która jest odporna na złamanie lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. Dopuszczamy igłę okrągłą wzmocnioną 26 mm.

Pytanie 13, dot. pakiet nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwem z polipiodioksanonu o okresie wchłaniania 180-210 dni i okresie podtrzymywania tkankowego do 10 tygodni?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi z kwasu poliglikolowego o gwarantowanej sile tj. 50% podtrzymywania tkankowego w 5 dni od zaimplantowania i wchłaniających się około 42 dni. Zaproponowane szwy były niegdyś z powodzeniem stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Tak

Prosimy o podanie jakiego rodzaju igły wymaga Zamawiający: okrągłej czy okrągłej z czterema krawędziami tnącymi?

Odp. Zamawiający wymaga igły okrągłej.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 15, dot. pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi z kwasu poliglikolowego o gwarantowanej sile tj. 50% podtrzymywania tkankowego w 5 dniu od zaimplantowania i wchłaniających się około 42 dni. Zaproponowane szwy były niegdyś z powodzeniem stosowane przez Zamawiającego.

Odp. Tak

Zwracamy się o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty:

- w pozycji nr 3 ze szwem z igłą 3/8 koła odwrotnie tnąca,

Odp. Tak

- w pozycji nr 8 z igłą okrągłą wzmocnioną, tj. odporniejszą na złamania lub wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. W pakiecie nr 6 nie występuje pozycja 8.

Pytanie 16, dot. pakiet nr 7

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w pozycji nr 6 Zamawiający wymaga szwu z igłą podwójną? Jeśli nie – prosimy o dopuszczenie igły podwójnej.

Odp. Dopuszczamy igłę podwójną.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji nr 8 z igłą podwójną 26 mm o długości 90 cm lub dopuszczenie szwu o długości 75cm z igłą 30 mm?

Odp. W pakiecie nr 7 nie występuje pozycja 8.

Czy Zamawiający ze względu na specyficzny rodzaj szwu, wymaga szwów pakowanych w opakowania zmniejszające pamięć szwu?

Odp. Nie wymagamy.

Pytanie 17, dot. pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga wosku kostnego dwuskładnikowego z mieszaniny wosku pszczelego i wazeliny?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 18, dot. pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści nitkę o grubości 3 USP?

Odp. Tak

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 5 igłę okrągłą 26 mm lub igłę podwójną okrągłą przypstrzoną 26 mm?

Odp. Tak

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 8 igły zgodne z opisem ale dodatkowo wzmocnione?

Odp. Tak

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 6 i 7 igłę podwójną?

Odp. Nie

Pytanie 22

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 10 wosk kostny 3 składnikowy : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu ?

Odp. Nie wymagamy.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §2 pkt. 2 umowy w następujący sposób na „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości umowy, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści nić syntetyczną, zbudowaną z kwasu poliglikolowego, powleczonej polikaprolaktonem i stearynianem wapnia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak