

Wałbrzych 12-11-2008r.

Wykonawcy- wszyscy

W dniu 07-02-2008r. wpłynęły od jednego z wykonawców pytania dot. Pakietu nr 12 i Pakietu nr 14

do postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów diagnostycznych diagnostycznych i leczących w zakresie tętnic wieńcowych, stymulatorów do zabiegów implantacji serca, materiałów sprzętu medycznego do neuroradiologii interwencyjnej, ZP/3/PN-3/08

Pytanie nr 1. dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych o ciśnieniu MBP 22 Atm, dostępnych czterech długościach (10, 15, 20, 30 mm) dla średnic 1,5 i 2,0 mm i siedmiu długościach (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40mm) dla zakresu średnicy 2,5 – 4,5 mm oraz parametrach przewyższających wymagania zamawiającego, tj. profil zewnętrzny balonu 0,025” dla średnicy 3,0 mm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie stentów wieńcowych stalowych o skróceniu Steniu podczas implantacji 2%? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedzi :

Pytanie 1 - Tak

Pytanie 2 - Tak