



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych 22.06.2011 r.

DZPZ-530-Zp/42/PN-36/11

### **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/42/PN-36/11*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakiet nr 1**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie były wyposażone w trzy przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z miękkiego, elastycznego materiału? Takie rozwiązanie gwarantuje maksymalne uszczelnienie po podłączeniu do portów ciśnienia na panelu aparatu Dialog + i daje gwarancję bezbłędnych odczytów ciśnienia przez aparat?

#### **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie posiadały kolorowe zaciski odróżniające linię tętniczą od linii żylną?

#### **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie sterylizowane były promieniami gamma?

**Odp. Zamawiający nie wymaga (dopuszcza wszystkie metody sterylizacji poza tlenkiem etylenu)**

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie były wyposażone w trzy przetworniki ciśnienia złożone ze sztywnej hydrofobowej membrany oraz gwintowanej części wykonanej z miękkiego, elastycznego materiału? Takie rozwiązanie gwarantuje maksymalne uszczelnienie po podłączeniu do portów ciśnienia na panelu aparatu Dialog + i daje gwarancję bezbłędnych odczytów ciśnienia przez aparat?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

### **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie posiadały kolorowe zaciski odróżniające linię tętniczną od linii żyłnej?

### **Odp. Tak**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane linie sterylizowane były promieniami gamma?

**Odp. Zamawiający nie wymaga (dopuszcza wszystkie metody sterylizacji poza tlenkiem etylenu)**