

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej.

L.p	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej do 60ml objętości.	7					
2.	Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej powyżej 60ml objętości.	3					
				Razem			

Formy do precyzyjnego odtwarzania ubytków kości sklepienia czaszki wykonywane na indywidualne zamówienie na podstawie badania tomografii komputerowej. Cechy charakterystyczne:

- Wykonana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie badania tomografii komputerowej
- Forma wykonana z polioksymetylenu POM
- Dostarczana w postaci niesterylnej
- Kompatybilna z dostępnymi na rynku cementami do cranioplastyki
- Dostępna w dwóch rozmiarach: forma mniejsza do 60cm³ i forma większa- powyżej 60m³