



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 26.07.2011 r.

DZPZ-530-Zp/60/PN-51/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku – Zp/60/PN-51/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe do resuscytatorów w rozmiarze : 3 – dzieci, 4 i 5 – Dorośli o parametrach:

- wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;
- wielorazowe;
- przezroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową;
- rozmiary oznaczone kolorami;
- łatwy demontaż i montaż;
- wersja z miękkim kołnierzem zapewniającym dobre przyleganie do twarzy pacjenta;
- zastawka regulująca wypełnienie kołnierza?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe do resuscytatorów sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe z rozmiarem i wagą pacjenta na korpusie i rozmiarem na baloniku, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak jak w SIWZ



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 4, dot. pakiet nr 7

Czy pompy samo dozujące mają posiadać port do napełniania umieszczony na drenie z dwoma filtrami (15 μ m i 25 μ m) co zapobiega dostawaniu się kryształków leku 5FU do roztworu podawanego pacjentowi?

Odp. Tak

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 10 w podpunkcie nr 1 i 2 protez naczyniowych o średnicach 6-8 mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 12 dotyczącym szwów naczyniowych pod pojęciem jednostki miary jako „sztuka” miał na myśli ilość „opakowań zbiorczych”, gdyż szwy tego rodzaju sprzedawane są jedynie w opakowaniach zbiorczych zawierających 2 saszetki w 1 opakowaniu?

Odp. Opakowanie.

Pytanie 7, dot. pakiet nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie masek sterylizowanych tlenkiem etylenu. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakiet nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie masek krtaniowych z balonikiem kontrolnym na którym znajduje się wyłącznie oznaczenie rozmiaru maski. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 9, dot. pakiet nr 14

Czy Zamawiający wymaga aby maski **nie zawierały szkodliwych ftalanów** ? Ftalany to substancje obecne w produktach z PCV, substancje toksyczne ,rakotwórcze i mutagenne, które zgodnie z dyrektywą 2007/47/EC i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostały uznane za



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

niebezpieczne, a ich użycie powinno się ograniczyć do niezbędnego minimum, w związku z tym zaleca się ograniczenie stosowania produktów zawierających ftalany u kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci.

Odp. Tak

Pytanie 10

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zamówienia na cito do 2 dni roboczych.

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 2. na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia o maksymalnie 20%, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 12, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 7. na następujący:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 13, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 4. na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 14, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

„0,2% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 15, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.2) na następujący:

„10% wartości niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 16, dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 5 na następujący:

„Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany cen w przypadku zmiany stawek podatku VAT, pod warunkiem że zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 17, dot. pakiet nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 , pozycja 1 „pompy samodozującej jednorazowego użytku o przepływie 5,2 ml/godzinę (całkowity czas pracy 48 godzin); do wlewów ciągłych z cytostatyku (5-fluorouracyl)”

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 15, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 15 , pozycja 1 „zestaw dwukanałowy hydrofilny do hemodializy z ramionami prostymi rozmiar 12 F długość 20 cm (w zestawie : cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, przewodnik)”

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakiet nr 8

Prosimy o dopuszczenie protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, podwójnie welurowanych – z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym, o grubości ściany 0,55mm i przepuszczalności poniżej 1ml/cm²/min.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Prosimy o dopuszczenie dla pozycji 1 następujących długości:

dla średnic 6-16mm = 12,5 lub 30cm

dla średnic 18-24mm = 25cm

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Prosimy o dopuszczenie dla pozycji 2 następujących długości:

dla średnic 7mm oraz 10-16mm = 30 lub 60cm

dla średnic 18-24mm = 50cm

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Prosimy o dopuszczenie dla pozycji 3 protez o długości 60cm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Prosimy o dopuszczenie dla pozycji 4 protez o długości 45cm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 20, dot. pakiet nr 11

Prosimy o dopuszczenie protez z PTFE prostych i zbrojonych, ze zbrojeniem zewnętrznym spiralnym z możliwością regulacji zbrojenia na całej długości protezy, o dwuwarstwowej budowie ściany z możliwością wielokrotnej resterylizacji, tj. 3 i więcej razy – według potrzeb użytkownika, przy użyciu tlenu etylenu lub pary.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 21, dot. pakiet nr 10

Prosimy o dopuszczenie łąt naczyniowych uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy o grubości ściany 0,36mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 22, dot. § 8 ust. 1 podpunkt 2) wzoru Umowy

Prosimy o zmianę na: (...) 10% wartości niewykorzystanej części umowy (...)

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 23, dot. pakiet nr 13 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie oryginalnego numeru katalogowego czujnika Massimo w w/w pakiecie pozycja 1

Odp. Zamawiający nie podaje numeru katalogowego, gdyż byłoby to wskazanie na producenta.

Pytanie 24, dot. § 4 ust. 4 – zmiana zapisu umowy

W przypadku nie zrealizowania zamówienia zawinionego przez Wykonawcę w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (różnice w cenie związane z zakupem u innych dostawców.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 25, dot. § 4 ust. 5 – zmiana zapisu umowy

W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczanie kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z §8 umowy przy czym kara będzie naliczana od dnia zakupu interwencyjnego, co szpital zobowiązuje się udokumentować.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 26, dot. § 5 ust. 2 – prosimy o wykreślenie

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 27, dot. § 8 ust. 1 pkt. 1 – prosimy o zmianę

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony towar zgodnie z fakturą, w terminie dni(30 dni) od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Odp. § 8 ust. 1 pkt. 1 nie odnosi się do w/w treści.

Pytanie 28, dot. § 8 ust. 1 pkt. 1 – prosimy o zmianę

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- 1) 0,2 % wartości towarów dostarczony ze zwłoką – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 28, dot. pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga, aby maska resuscytacyjna była wykonana z przezroczystego silikonu, co umożliwi obserwowanie twarzy pacjenta podczas wentylacji?

Odp. Wskazane

Czy Zamawiający wymaga, aby maski silikonowe do resuscytacji były wyposażone w nakładki pozwalające równomiernie rozłożyć nacisk na mankiet, co pozwala na szczelniejsze przyleganie i skuteczną wentylację?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga, aby maska resuscytacyjna wyposażona w nakładkę posiadała uchwyty umożliwiające mocowanie go do głowy pacjenta?

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści maski, których trwałość (przy standardowym użytkowaniu w tym sterylizacji w autoklawie) nie pozwala wykonawcy na udzielenie 3 letniej gwarancji?

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści zastawki jednokierunkowe wykonane z materiału, którego trwałość (przy standardowym użytkowaniu w tym sterylizacji w autoklawie) nie pozwala wykonawcy na udzielenie 3 letniej gwarancji?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający zmieni treść SIWZ dotycząca parametrów pakietu 5 z obecnej „kompatybilne z resuscytatorami firmy leard” na „kompatybilne z resuscytatorami firmy laerdal”?

Odp. Winno być kompatybilne z resuscytatorami firmy laerdal.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści maski z oznaczeniem rozmiaru maski i objętości wypełniającej mankiet na baloniku kontrolnym a wagi pacjenta na korpusie maski?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pytanie 32

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wymaga, aby maski krtaniowe posiadały mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obliczonej przenikalności dla podtlenu azotu?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 wymaga, aby system do drenażu posiadał komorę zastawki podwodnej, komorę zbiorczą 2200 ml oraz wodną komorę regulacji siły ssania z samouszczelniającym portem igłowym, wyposażony był w automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni i port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu tuż przy drenie łączącym oraz był kompaktowy, o stabilnej podstawie maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie?

Odp. Tak jak w specyfikacji.