



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.08.2011 r

DZPZ-530-Zp/62/PN-53/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi, osprzętu do endoskopów, osprzętu do ECPW, wapna sodowanego – Zp/62/PN-53/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 1.

Poz. 1: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 7,5 lub 9 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 2: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 7,5 lub 9 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 3: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 2,9 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 4: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 1,4 ml. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Poz. 7: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 2,6 ml. **Odp.** Dopuszczamy

Poz. 8: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 1,4 ml. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Poz. 9: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 1,4 ml. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Poz. 10: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 1,6 ml. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Poz. 11: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 1,8 ml. **Odp.** Dopuszczamy, pod warunkiem bezpłatnego dostarczenia i bezpłatnego wyposażenia w urządzenia do manualnego odczytywania.

Poz. 20: prosimy o dopuszczenie kapilar o pojemności 500 µl. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 21: prosimy o dopuszczenie kapilar o pojemności 200-300 µl. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Poz. 22: prosimy o dopuszczenie kapilar o pojemności 150 µl. **Odp.** Dopuszczamy, pod warunkiem bezpłatnego dostarczenia i bezpłatnego wyposażenia w urządzenia do manualnego odczytywania.

Poz. 23: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 4,4 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 24: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 4,4 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Poz. 25: prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki opoj. 2,6 ml. **Odp.** Dopuszczamy.

Ponadto prosimy o wydzielenie pozycji 20 do 22 do osobnego pakietu ze względu na fakt, iż pozycje te nie są elementami systemu zamkniętego (tak jak to jest opisane w tytule przedmiotu zamówienia). **Odp.** Zamawiający nie wydziela pozycji od 20 do 22 z pakietu nr 1.

Pyt. - Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 1, 2 szczypce biopsyjne jednorazowe o dł. 160 i 230 cm standard. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 3 pętle owalne jednorazowe śr. 15-30 mm. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 4 pętle heksagonalne jednorazowe 15-25 mm lub 30-45 mm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 9 igły do ostrzykiwania jednorazowe dł. 200 cm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 11 szczotki cytologiczne jednorazowe dł. 180 cm. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 19 prowadnik do protezowania przełyku dł. 250 cm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 20 stent do protezowania zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok śr. 20-25 mm. **Odp.** Tak, dopuszczamy.

Prosimy o wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 do jednego oddzielnego pakietu. **Odp.** Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 2 w/w pozycji.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 21 stent do protezowania zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok od 8 do 15 cm, dł. 10-15 mm, średnica 20 – 25 mm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Pyt. – Pakiet nr 2 i nr 3

Zwracamy do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poniżej wymienionych pozycji z pakietu nr 2 i nr 3 oraz utworzenie odrębnego zadania i tak: z zadania nr 2 poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20 oraz z zadania nr 3 poz.: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. **Odp.** Zamawiający nie wydziela z pakietów nr 2 i 3 w/w pozycji.

Pyt. - Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 3 sfinkterotomu dwukanałowego śr. 5-7Fr dł. robocza 200cm, dł. cięciwy 20 i 30mm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 8 cewnika dwukanałowego końcówka widoczna w RTG o dł. 200cm. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji nr 7 koszyków z awaryjną możliwością litotrypsji w rozmiarach 2x4 i 3x6. **Odp.** Nie, nie dopuszczamy.

Pyt. – Projekt umowy

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący?

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia” **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę doprecyzowanie zapisu na następujący?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

- a) dla zamówień bieżących – do 5 dni roboczych,
- b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin w dniu roboczym.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy: „W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy, po ponownym wezwaniu do realizacji zamówienia”. **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający może wyrazić zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni licząc do dnia uznania reklamacji za zasadną”. **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 6 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”. **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy zapisów umowy § 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści: „Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 6 ust. 1 za dostarczony towar). Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”. **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 podpunkt 1) i 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%? **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%? **Odp.** Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. **Odp.** Nie.

Pyt. – pakiet nr 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować w pakiecie nr 2, poz. 20 stent samorozprężalny częściowo pokryty silikonem: długość części pokrytej od 80 do 140 mm, długość niepokrytego kołnierza z jednej i drugiej strony stentu 15mm, lassa na obu końcach w celu repozycji stentu, możliwość ponownego schowania i wysunięcia stentu z osłonki podczas jego uwalniania przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odp.** Nie.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować w pakiecie nr 2, poz. 21 stent samorozprężalny długości od 80 do 140mm oraz o średnicy trzonu od 20 do 24mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odp.** Nie.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 21; 21; 22

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 20; 21 oraz 22 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności niniejszego postępowania? **Odp.** Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 2 poz. 20, 21, 22.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1 oraz 2

Czy w pakiecie nr 2, poz. 1 oraz 2 Zamawiający ma na myśli średnicę (2,8mm) narzędzia, czy kanału roboczego? **Odp.** Zamawiający ma na myśli średnicę narzędzia.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1, 2 oraz 3

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować w pakiecie nr 2, poz. 1; 2; 3 narzędzie o średnicy 2,3mm (do kanału roboczego min. 2,8mm) i długościach: kleszcze biopsyjne 160cm i 230cm oraz pętle do polipektomii 180cm oraz 230cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? **Odp.** Nie.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 2, poz. 1, 2 oraz 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 2 pozycje 1; 2 oraz 3 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności niniejszego postępowania? **Odp.** Nie.