



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 03.08.2011 r

DZPZ-530-Zp/61/PN-52/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego – Zp/61/PN-52/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 1 – ssak elektryczny na salę operacyjną.

Czy Zamawiający wymaga włącznika/wyłącznika nożnego zintegrowanego z wózkiem co znacznie zwiększa jego funkcjonalność i żywotność ? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania min. 40 szt. wkładów jednorazowych 2,5 litrowych do ssaka ? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o wydajności 35 l/min spełniający pozostałe parametry SIWZ ? **Odp.** Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na 24 miesięczny okres gwarancji dla ssaka elektrycznego ? **Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie 24 miesięcznej gwarancji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wydajności 40 l/min lub 70l/min ? **Odp.** Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie iglicowego regulatora podciśnienia ? **Odp.** Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezolejowej, wysokoobrotowej pompy tłokowej ? **Odp.** Zgodnie ze SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o poziomie hałasu wyższym niż 40 db? **Odp.** Zgodnie ze SIWZ.