



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 18.08.2011 r.

DZPZ-530-Zp/64/PN-54/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy płyt blokowanych do zespołów przynasadowych kości długich, gwoździ śródszpikowych oraz elastycznych do zespołów kości długich – Zp/64/PN-54/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści zaoferowanie wkrętów do otworów blokowanych o średnicy 3,5mm zamiast 2,4mm lub 2,7mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający w poz. nr 15,16,17 wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów korowych do otworów kompresyjnych o średnicy 3,5 lub 2,7mm w zależności od oferowanego systemu płyt?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający w poz. 25 dopuści zaoferowanie płyt blokowanych posiadających przynajmniej 2 otwory do wprowadzania Kirschnera zamiast przynajmniej 4 otworów?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1

Poz. 40 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętu gąbczastego blokowanego samogwintującego kaniulowanego o średnicy 7,3mm zamiast wkręta korowego o średnicy 7,0mm z uwagi na to iż Zamawiający w poz. nr 28 w opisie płytki kłykciowej udowej wymaga wkręta kaniulowanego blokowanego o średnicy 7,3mm?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2

Poz. 8 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu kąta ruchów rotacyjnych głowy endoprotezy w stosunku do dłuższej osi trzpienia i czy powinno być 15° zamiast 150°?

Odp. Nastąpiła pomyłka winno być 15°

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2

Poz. 8 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu pełnego zakresu ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy i czy powinno być 30° zamiast 300°?

Odp. Nastąpiła pomyłka winno być 30°

Pytanie 7, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §2 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15-01-2004 roku (w sprawie o sygnaturze: V Ca 2306/03)- w którym Sąd stwierdził, że:

„zapis (...) projektu umowy, z którego wynika, że dostawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej i większej ilości towaru niż określona w załączniku (...) do umowy wymaga modyfikacji” oraz, że dostawca: „Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości dostawę określonej ilości towaru” a projekt umowy „winien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru”.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 8, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §3 ust. 2 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
- b. §4 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,
- c. §4 ust. 7 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 9, dot. projektu umowy

Dotyczy pakietu nr 1 i 2-Czy Zamawiający w §4 ust. 2 mógłby doprecyzować, iż posiadanie okresu ważności przez oferowany asortyment, dotyczy tylko endoprotezy głowy kości promieniowej, która jest produktem sterylnym?

Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku umieszczania na produkcie niesterylnym oraz posiadania przez ten produkt terminu jego ważności. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Data produkcji zawarta jest w numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni treść §8 ust. 1 pkt 1 na „0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art.353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 12, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 1 – płytki blokowane: W związku z bardzo szczegółowym opisem w SIWZ otworów płytek blokowanych zawierających rozwiązania techniczne charakterystyczne dla jednego producenta zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązań konstrukcyjnych otworów blokowanych (gwintowanych) oferowanych przez innych wykonawców tj.: otwory w płytce owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odp. Tak

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast sześciokątbowym?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 15

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 1,8 mm?

Odp. Nie

Pytanie 16

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami do wkrętów 3,5 mm zamiast 2,7 mm?

Odp. Nie

Pytanie 17

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 2,6 mm, bez otworów do wprowadzania Kirschnera lub nici?

Odp. Tak

Pytanie 18

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 2,2 mm?

Odp. Nie

Pytanie 19

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania płytki z 4 otworami blokowanymi zamiast z 7?

Odp. Nie

Pytanie 20

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 35** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 2,0 mm?

Odp. Nie

Pytanie 21

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ blokowanego wkrętami blokującymi Ø 4,5 mm oraz rekonstrukcyjnymi Ø 6,5 mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 22

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ o średnicy $d=6\div 7$ mm blokowanych śrubami $\varnothing 4,5$ mm oraz $\varnothing 3,5$ mm?

Odp. Nie

Pytanie 23

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia ramiennego rekonstrukcyjnego oddzielnego do prawej i lewej kończyny, w wersji długiej posiadającego 3 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację?

Odp. Nie

Pytanie 24

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia do kości przedramienia i strzałkowej o długości $L=180-260$ mm i średnicy $d=3,5\div 6$ mm (4 różne średnice w danym przedziale)?

Odp. Nie

Pytanie 25

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 2 poz. 8** w jeden osobny pakiet? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie