



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 13.09.2011 r

DZPZ-530-Zp/73/PN-63/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: dostawa osprzętu do endoskopów – Zp/73/PN-63/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 1

1. Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1, 2, 5 do oddzielnego pakietu. **Odp.** Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 1 poz. 1, 2, 5.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1 pętli do polipektomii owalnych jednorazowego użytku wykonanych z plecionego drutu; dł. robocza min 240cm, średnica otwartej pętli: 15, 25, 30 mm. **Odp.** Nie dopuszczamy.

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2 pętli do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, dł. robocza min 240 cm, śr. otwartej pętli: 30mm kształt heksagonalny. **Odp.** Nie dopuszczamy.

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 5 zestawu do opaskowania żyłaków przełyku: zestaw zawiera 6 opasek wykonanych z lateksu; przezroczysta nasadka Opti-Vu posiada pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki co zapewnia maksymalną widoczność przy zachowaniu ssania; wyposażony w złącze do irygacji podłączane do głowicy; zestaw z mechaniczną sygnalizacją momentu uwalniania podwiązki; wyraźny sygnał gdy pozostała do rozmieszczenia ostatnia gumka; przedostatnia opaska w innym kolorze; przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,5-13mm; gotowy do bezpośredniego zakładania. **Odp.** Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu 2

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 1 przewodnika hydrofilnego z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą o dł. 5 cm, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dł. 260 i 480 cm. **Odp.** Nie dopuszczamy.

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 2 trójkanałowy sfinkterotom jednorazowego użytku z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza min 200 cm, , śr. końcówki dystalnej 5,0 Fr, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, współpracuje z przewodnikiem 0.035". **Odp.** Nie dopuszczamy.
3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 4 koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złożeń z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożeń wewnątrz kosza, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,035", wymagane rozmiary kosza: 2 x 4 cm i 3 x 6. **Odp.** Nie dopuszczamy.
4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 5 cewnik dwukanałowy z końcówką standardową, zaokrąglona i ostro zaokrąglona . Długość 200 cm; średnica 5.5 Fr; zalecany przewodnik .035", .025". **Odp.** Nie dopuszczamy.
5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 6 protezy do dróg żółciowych typu Amsterdam zagięta od strony XII-cy o średnicy 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, wymagane długości: 5,7,9,12,15cm. **Odp.** Nie dopuszczamy.
6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 w pozycji 7 trzykanałowy cewnik balonowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; średnica kateteru 7 - 6 Fr; długość 200 cm; średnica balonu 12 mm, 15mm, 18mm, 20mm; ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu; zalecany przewodnik - .035". **Odp.** Nie dopuszczamy.

Dotyczy pakietu 3

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1 Stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok załadowany do zestawu; wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75%, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji po całkowitym otwarciu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm, 12,5cm, 15cm, średnice: 20 i 25mm w części roboczej. **Odp.** Tak, dopuszczamy.
2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 2 Stent samorozprężalny nitinolowy do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok (załadowany do zestawu), wymagane długości: 10, 12,5, 15 cm , śr. robocze 20mm i 25mm, Stent powlekany od zewnątrz i wewnątrz, możliwość korekty położenia bezpośrednio po jego uwolnieniu jak i w trakcie Średnica systemu max: 8 mm, widoczne markery RTG, które w sposób jednoznacznie określają miejsce rozprężenia stentu . **Odp.** Tak, dopuszczamy.
3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 3 przewodnik do protezowania przełyku super sztywny z miękkim końcem dystalnym, średnica zewnętrzna 0,035", długość 260cm. **Odp.** Tak, dopuszczamy.