



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 22.09.2011 r

DZPZ-530-Zp/75/PN-65/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: dostawy zestawów odczynnikowych, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz kart do mikrometody serologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do serologii grup krwi i prób zgodności z systemem back-up – Zp/75/PN-65/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. Dotyczy pakiet 1:

Czy Zamawiający w poz. 3 wymaga czułości 200 ng/ml?

Czy Zamawiający w poz. 5 wymaga czułości 500 ng/ml?

Czy Zamawiający w poz. 6 wymaga czułości 150 ng/ml?

Czy Zamawiający w poz. 11 wymaga czułości 300 ng/ml?

Czy Zamawiający w poz. 12 wymaga czułości 300 ng/ml?

Odp. Tak.

Pyt. 2. Dotyczy pakiet 3 A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z progiem czułości 50 ng/ml?

Standardowa czułość testów do wykrywania krwi utajonej w kale określana jest na 50 ng hemoglobiny/ml roztworu użytego do badania. Ponieważ ilość pobranego kału przeniesiona do buforu nie jest mierzona ilościowo wartość 50 ng/ml jest w dużym stopniu przybliżona, ale gwarantuje wykrycie minimalnej ilości krwi w kale nawet przy pobraniu do badania znacznie mniejszej ilości kału. Próg czułości 50 ng/ml zalecany jest przez większość specjalistów ds. nowotworów jelita grubego, pozwalając na uniknięcie dużej ilości fałszywie dodatnich wyników, generowanych przez testy o wyższej czułości.

Odp. Nie.

