



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.10.2011 r.

DZPZ-530-Zp/76/PN-66/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do terapii laserowej retinopatii u wcześniaków – Zp/76/PN-66/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści laser z możliwością pracy w trybie mikropulsów:
Micropulse duration 200μs, duty cycle 10%, micropulse period 2000μs?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ.

Prosimy o sprecyzowanie pomyłki technicznej w opisie lasera w poz. 7 czy Zamawiający miał na myśli czas trwania impulsu regulowany min. w zakresie 0,01 s – 3,0 s?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w punkcie 7 w załączniku nr 1 do SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści laser z odłączanym panelem sterującym?

Odp. Zamawiający dopuści laser z odłączanym panelem sterującym.