



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.10.2011 r

DZPZ-530-Zp/78/PN-68/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy stymulatorów jednojamowych VR, elektrod aktywnych prostych, introduktorów rozrywanych, kabli do pomiarów śródoperacyjnych, papieru do programatora wraz z bezpłatnym użyczeniem programatora do kontroli urządzenia – Zp/78/PN-68/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

1. Czy Zamawiający przyjmie ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z czułością w zakresie:

Przedsionkowa: od 0,25 do 4,0 mV

Komorowa: od 1,0 do 11,2 mV

Parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego.

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający przyjmie ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z min. czasem pracy stymulatora 10,4 roku przy SSIR/SSI 60ppm, 100%pacing 2,0 V, szerokość impulsu 0,4ms i 1000 omów?

Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający ma na myśli zakres amplitudy impulsu od 0,5 do 7,5 V? Jeśli nie, to prosimy o dopuszczenie urządzenia o takim zakresie amplitudy impulsu.

Odp. Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający przyjmie ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z szerokością impulsu w zakresie od 0,12 do 1,5 ms. Parametr niewiele różni się od wymogu Zamawiającego.

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający przyjmie ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z okresem refrakcji w zakresie od 130 do 500 ms? Parametr niewiele różni się od wymogu Zamawiającego.

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zaoferowane zostaną stymulatory jednojamowe z możliwością zaprogramowania godzin, w których program nocny jest aktywny. Częstość stymulacji nocnej dostosowana zostaje przez stymulator automatycznie do wartości zaprogramowanej?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający uzna stymulatory z funkcją automatycznego monitorowania komorowego progu stymulacji, automatycznie dostosowujących amplitudę i szerokość impulsu w celu zachowania skutecznej stymulacji, z uwzględnieniem programowalnego(co najmniej) dwukrotnego marginesu bezpieczeństwa?

Odp. Tak.