



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.10.2011 r.

DZPZ-530-Zp/80/PN-70/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu i urządzeń medycznych – Zp/80/PN-70/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści kontenery do sterylizacji aluminiowe, z profilowanym drenem, oznakowanie kontenera (oddział, rodzaj zestawu), posiadające uchwyty umożliwiające bezpieczne przenoszenie i transport, możliwość zabezpieczenia prawidłowości procesu sterylizacji poprzez zewnętrzny test chemiczny, oraz dodatkowe zabezpieczenie plombą plastikową przed przypadkowym otwarciem wykonany z materiału nierdzewnego wyposażony w uchwyt (rączkę), możliwość doboru odpowiedniej kolorystyki pokryw np. czerwona, zielona, niebieska, żółta

- posiadająca zapięcie metalowe, z możliwością założenia ich do wewnątrz pokrywy w celu wygodnego wykonania procesów mycia i dezynfekcji
- posiada wbudowane na stałe filtry spełniające funkcje bariery bakteriologicznej,
- bez konieczności wymiany filtrów przy każdej sterylizacji (filtr na 1000 cykli sterylizacyjnych),
- dobór kolorów pokryw Zamawiający dokona w momencie złożenia zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści rozmiary kontenerów 590 x 285 x 135 mm (rozmiar stanowi całość kontenera).

Czy Zamawiający dopuści kosz do kontenera o wymiarach 540 x 255 x 50 mm.

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 5

Zamawiający w pkt. 5 parametrów technicznych zapisał: „Dokumentacja procesu rozmrażania – **możliwość** wydruki protokołu temperatur”. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli zaoferowanie urządzenia, do którego ma być podłączona w przyszłości drukarka protokołów, czy należy zaoferować urządzenie wraz z drukarką. Jeżeli przedmiotem zamówienia ma być urządzenie do suchego rozmrażania osocza wraz z drukarką protokołów, to prosimy o dopisanie do tabeli



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

asortymentowo-cenowej pakietu nr 5 poz. nr 2 - drukarki. Konieczność oddzielnej wyceny tego produktu wynika z odmiennej stawki podatkowej VAT (8 i 23%).

Odp. Zamawiający ma na myśli zaoferowanie urządzenia wraz z drukarką wewnętrzną lub zewnętrzną

Pytanie 3, dot. pakietu nr 5

Urządzenie do suchego rozmrażania musi być podłączone za pomocą zasilacza UPS. Brak zasilacza powoduje utratę gwarancji na urządzenie. Prosimy o dopisanie w tabeli asortymentowo-cenowej pakietu nr 5 poz. 3 – zasilacz UPS. Konieczność oddzielnej wyceny tego produktu wynika z odmiennej stawki podatkowej VAT (8 i 23%).

Odp. Oferent przedstawia ofertę w takim wariancie, który zabezpieczy Zamawiającemu gwarancję na zakupione urządzenie, zgodnie z przedstawionym projektem umowy. Jeżeli oferowane urządzenie musi być podłączone do UPS aby Zamawiający mógł korzystać z gwarancji w ogóle, to należy taką właśnie ofertę złożyć.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 5

Prosimy o wykreślenie z parametrów technicznych pkt. 6. Czas rozmrażania worka z osoczem jest zależny od takich czynników jak: ilość worków, ich wielkość, temperatura zamrożenia. W przypadku gdy dokładamy worek do pracującego już urządzenia to czas rozmrażania jest dostosowany do worka najbardziej zamrożonego.

Odp. Czas rozmrażania jest określony w punkcie 6 dla pojedynczego worka, a nie worków.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 5

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tj. deklaracji zgodności. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyroby niemedyce (drukarka protokołów i zasilacz UPS). Wyroby te nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych, ale podlegające innym normom i dyrektywom i posiadają również deklaracje zgodności. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym prosimy o dopuszczenie wyrobu niemedyce posiadającego deklarację zgodności wydaną na podstawie odrębnych przepisów.

Odp. Zamawiający dopuści wyrób niemedyce, posiadający deklarację zgodności o ile będzie to dotyczyło urządzeń pomocniczych (drukarka, UPS), a nie urządzenia głównego.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 3



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez parametru „indeks prędkości VI”

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę, w której czasie z elementami oświetleniowymi emitują światło białe wykorzystujące diody różnokolorowe z mieszaniem barw w obrębie lampy ?

Czy Zamawiający dopuści lampę główną o średnicy pola bezcieniowego, regulowanej w zakresie od 150 mm do 290 mm ?

Czy Zamawiający dopuści lampę satelitarną o średnicy pola bezcieniowego, regulowanej w zakresie od 150 mm do 290 mm ?

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia dla lampy satelitarnej na poziomie 85 cm ?

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia w zakresie min. od 50 – 100% oraz dodatkowo z funkcją „GuideLite” , tzn. z obniżeniem natężenia do 5% natężenia maksymalnego co daje lekką poświatę świetlną doskonałą do operacji laparoskopowych lub endoskopowych ?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu 135 kLux ?

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją średnicy pola w zakresie od 160 mm do 270 mm ?

Czy Zamawiający dopuści lampę z żarówką o mocy 150W ?

Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności układu świetlnego na poziomie min. 1000 h ?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu nr 4

dot. Lampa operacyjna LED sufitowa



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową z elementami emitującymi światło białe wykorzystując diody białe bez konieczności mieszania barw?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową o stałej barwie światła wynoszącej 4200 K?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową ze średnicą pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowaną w zakresie od 160 do 310 mm?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową ze średnicą pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowana w zakresie od 160 do 250 mm?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową z regulacją średnicy pola tylko centralnym uchwytem czaszy lampy?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED sufitową z przedziałem roboczym zestawu lamp bez konieczności ogniskowania (względność oświetlenia) dla lampy satelitarnej 120 cm (L1+L2)?

Odp. Nie

dot. Lampa operacyjna jednoczaszowa – statywowa

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „statyw z ramieniem sprężystym”? Czy pojęcie to określa statyw z czaszą na ramieniu z przegubem?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednoczaszową – statywową z temperaturą barwową wynoszącą 4200 K?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednoczaszową – statywową z regulacją średnicy pola tylko centralnym uchwytem czaszy lampy?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednoczaszową – statywową z pozycjonowaniem czaszy sterylizowanym uchwytem centralnym i dodatkowo brudnym uchwytem okalającym czaszę w 50%?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej z elektronicznym systemem aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej, który nie wymaga mechanicznego przemieszczania żarówki rezerwowej i gwarantuje



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

wysoką bezcieniowość? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego gdyż nie zawiera awaryjnego automatycznego mechanizmu pozycjonowania, który przypadku awarii nie gwarantuje zachowania ciągłości oświetlenia w trakcie trwania operacji. W proponowanym elektronicznym rozwiązaniu taka sytuacja awaryjna nigdy nie nastąpi co zwiększa parametry funkcjonalno-jakościowe lampy.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednoczasową – statywową, której moc pobierania przez główne źródło światła wynosi 150 W?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną jednoczasową – statywową, której żywotność układu świetlnego wynosi 1000 h.?

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 1 Lampa operacyjna LED sufitowa – lampę bez diod różnokolorowych jednak z diodami białymi?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 1 Lampa operacyjna LED sufitowa – lampę bez regulacji barwy światła jednak z stałą wartością barwy światła?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 1 Lampa operacyjna LED sufitowa – lampę z regulacją średnicy pola z przyciskami na ramieniu?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 2 Lampa operacyjna jednoczasowa statywowa – lampę wyposażoną w diody LED?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 2 Lampa operacyjna jednoczasowa statywowa – lampę z regulacją średnicy pola z przyciskami na ramieniu?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 4, Ad. 2 Lampa operacyjna jednoczasowa statywowa – lampę z mocą pobierania przez główne źródło światła – 110 W?

Odp. Nie