



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl**

Wałbrzych 04.11.2011 r.

DZPZ-530-Zp/85/PN-75/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń dla Bloku Operacyjnego. – Zp/85/PN-75/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w paragrafie 2 ustęp 2 obecnego zapisu na : „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie.”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 2 Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Paragrafie 4 ust. 1 : „lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej” ?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 3 Dotyczy projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 5 ustęp 3 umowy obecnego zapisu na zapis o treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,
- istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy
- zaprzeczenia produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.
- Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 4 Dotyczy projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Paragrafie 6 ust. 1 : „od daty dostarczenia...” na „od daty wystawienia faktury”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ustępu 4?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 89 ustęp 1 punkt 2 zapisu „wartości umowy” na „wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt.7 dot. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół 2-warstwową (laminat + włóknina) o gramaturze min. 50g/m²?

Odp. Nie

Pyt. 8 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo (laminat + włóknina) o gramaturze min. 50g/m² w rozmiarze 140x80cm?

Odp. Nie

Pyt.9 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę pacjenta 2-warstwowo (laminat + włóknina) o gramaturze min. 50g/m² w rozmiarze 120x35cm?

Odp.Nie

Pyt. 10 Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę pacjenta 2-warstwowo (laminat + włóknina) o gramaturze min. 50g/m² w rozmiarze 60x30cm?

Odp. Nie

Pyt. 11 Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 150x240cm?

Odp. Nie

Pyt. 12 Pakiet 5, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane w opakowanie typu Tyvec?

Odp. Nie

Pyt.13 Pakiet 5, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe o gramaturze min. 50g/m² o wytrzymałości na rozciąganie w stanie suchym 45N, w stanie mokrym 30N?

Odp. Nie

Pyt. 14 Pakiet 5, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe o wytrzymałości na rozciąganie w stanie suchym 64N, w stanie mokrym 37N?

Odp. Nie

Pyt. 15 Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm

Serweta , z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 75x90cm

Serweta 2- warstwowa samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 16 Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta laparoskopowa o wym. 200 x 260cm

Serweta z włókniny, z przylepnym otworem, otwór o wym. 30 x 30cm, serweta w kształcie litery T

2 x Nogawica 70 x 120cm

Wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 17 Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepna o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 75x50cm i 2oma organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonną o wym. 80x50cm i 1dnym organizerni na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm

Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 xRęcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 18 Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i 2oma organizernami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizernem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 35 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 19 Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w

częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmacniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 20 Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmacniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75

x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 -warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 21 Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o podanym w SIWZ składzie z serwetami z przylepcem w rozm. 90x70cm zamiast 90x75cm, z serwetą na stolik Mayo w rozm. 140x80cm zamiast 145x75cm, z 4 sztukami serwetek włókninowych zamiast celulozowych, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie

Pyt. 22 Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 -warstwowa , laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych,serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wym. 190 x 230cm

Serweta w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego, niebieskiego polietylenu. Nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzuszny o śred. 3 cm i kroczywym o średn. 6cm, osłoną lateksową palca do badanie per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wym. 83x56. Torebka posiada filtr w głębi wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki ,budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 xRęcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 23 Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta o wym. 75 x 90cm

Serweta 2 - warstwowa, samoprzylepna z otworem o wym. 6 x 8 cm, otwór przylepny. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Nogawica o wym. 70x120cm

wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Nie

Pyt. 24 Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne o następującym składzie:

serweta z wycięciem i przylepcem	240cmx150cm	1 szt.
serweta z przylepcem	240cmx180cm	1 szt.
serweta na stół instrumentariuszki	190cmx150cm	1 szt.
serweta na stolik Mayo	145cm x 80cm	1 szt.
serwetki do rąk	40cmx20cm	4 szt.
taśma medyczna	50cmx9cm	1 szt.

Odp. Tak

Pyt. 25 Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne o następującym składzie:

serweta z otworem trapez (28cmx20cmx19cm) i przylepcem	300cmx180cm	1 szt.
kieszka na płyny z kształtką	30cmx25cm	1 szt.
serweta na stół instrumentariuszki	190cmx150cm	1 szt.
serweta na stolik Mayo	145cmx80cm	1 szt.
serwetki do rąk	40x20	4 szt.

Odp. Tak

Pyt. 26 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

serweta z workiem na płyny i folią chirurgiczną (otwór 25cmx 20cm)	240cmx200cm	1 szt.
serweta z przylepcem	60cmx45cm	2 szt.

serweta	90cmx75cm	2 szt.
kieszeń dwukomorowa z kształtką	30cmx25cm	2 szt.
kieszeń na płyny z kształtką	40cmx30cm	2 szt.
taśma medyczna	50cmx9cm	2 szt.
serweta na stół instrumentariuszki	190cmx150cm	1 szt.
serweta na stół Mayo	145cmx80cm	1 szt.
serwetki do rąk	40cmx20cm	4 szt.

Odp. Tak

Pyt. 27 Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie uniwersalne w skład którego wchodzi 2 serwetki, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odp. Nie

Pyt. 28 Pakiet 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

serweta z otworem elastycznym i ochraniaczem na palec	240cmx100cm	1 szt.
serweta przeznaczona pod pośladki	90cmx75cm	1 szt.
pokrowiec na nogę	120cmx75cm	2 szt.
taśma medyczna	50cmx9cm	4 szt.
serweta na stół instrumentariuszki	190cmx150cm	1 szt.
serweta na stół Mayo	145cmx80cm	1 szt.
serwetki do rąk	40cmx20cm	4 szt.

Odp. Tak

Pyt. 29 Pakiet 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o następującym składzie:

serweta z otworem i przylepcem	180cmx75cm	1 szt.
serweta przeznaczona pod pośladki	90cmx75cm	1 szt.
pokrowiec na nogę	120cmx75cm	2 szt.
serweta na stół instrumentariuszki	190cmx150cm	1 szt.
serweta na stół Mayo	145cmx80cm	1 szt.
serwetki do rąk	40cmx20cm	4 szt.

Odp. Tak

Pyt. 30 Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznym F-4/XL z lejem zamiast prześcieradła z lejem?

Odp. Nie

Pyt. 31 Pakiet 1, 3, 5, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenia opakowane w torbę foliowo- papierową bez dodatkowego zawinięcia w papier krepowy wewnątrz?

Odp. Nie

Pyt. 32 dot. Pakiet nr 2

1. Mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), oraz treść normy PN-EN 13795-1-3 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia” - prosimy o doprecyzowanie , czy podane parametry dotyczące odporności na przenikanie cieczy, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro, a więc parametry opisane w „Tablicy 2 – Wymagania użytkowe dla obłożeń chirurgicznych”, rzeczony normy - mają dotyczyć powierzchni krytycznej, czy mniej krytycznej wyrobu ?

Odp. Do powierzchni krytycznej

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w siwz powyższe parametry obłożeń mają zgodnie z pkt. 5.2 PN-EN 13795-1 oraz pkt. 4.1 PN-EN 13795-2, dotyczyć wyrobów gotowych po sterylizacji ?

Odp. Tak

3. Czy oferowane w zestawach obłożeń ortopedycznych pokrowce na kończynę pacjenta winny posiadać konstrukcję zapobiegającą przy zakładaniu ruchom powietrza powodującym przemieszczanie złuszczonego nabłonka i innych patogenów w stronę miejsca operowanego, a tym samym winny zapobiegać narażeniu pacjenta na niepożądaną infekcję miejsca operowanego (IMO) ?

Odp. Nie

Pyt. 33 dot. Pakiet nr 4

1. Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN 13795-1-3 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia” zgodnie z załącznikiem A pkt. A3 rzeczony normy, oferowane obłożenia powinny cyt. „zapewniać pacjentowi odpowiedni komfort fizjologiczny dla podtrzymywania właściwego stanu fizycznego pacjenta”, a tym samym nie powinny zawierać uczulającego lateksu, nie „oddychającego” polietylenu, czy palnej celulozy ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na obłożenia, w których serweta na stoli Mayo będzie posiadała rozmiar 144cm x 80cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp. Tak

Pyt. 34 Dotyczy Pakietu 1, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie obłożenia do operacji tarczycy o następującym składzie

1. serweta chirurgiczna górna z samoprzylepnym wycięciem U (10x50 cm)	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	180x220	1
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odp. Tak

Pyt. 35 Dotyczy Pakietu 1, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do laparoskopii o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm	180/270x220	1
2. taśma samoprzylepna	9x49	1
3. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
4. osłona na stół MAYO	79x145	1
5. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odp. Tak

Pyt. 36 Dotyczy Pakietu 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 200x150 cm, z wycięciem U o wymiarach 50x10 cm z taśmą samoprzylepną	200x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną	220x180	1
3. osłona na kończynę	37x75	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	2
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. osłona na stół MAYO	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odp. Nie

Pyt. 37 Dotyczy Pakietu 2, poz. 2-4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w zestawach taśmy mocującej o wymiarach 49x9cm?

Odp. Tak

Pyt. 38 Dotyczy Pakietu 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne go zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze min. 60g/m² zgodnie z normą EN 13795 (1-3) o składzie:

- serweta główna o wym. 180x240cm posiadająca otwór 20 x 25cm wypełniony folia chirurgiczna, jak też wyposażona dodatkowo w długi worek do odprowadzania płynów,
- dwie serwety o wym.50x60cm wykończone taśmami lepny mi, służące do zabezpieczenia headrestu,
- sterylna serweta na stół Mayo o wym. 79cm x 145cm,
- kieszeń przylepna 30 x 30cm na gaziki,
- dwukomorowa kieszeń przylepna 2 x 15 x 30cm na ssak i koagulacje,
- dwie ściereczki chłonne,
- dwie taśmy przylepne 9 x 49cm,
- serweta o wym.150x200 cm stanowiąca owinięcie zestawu, służąca jako przykrycie stoika?

Odp. Tak

Pyt. 39 Dotyczy Pakietu 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którego skład wchodzi taśma mocująca o wymiarach 49x9cm?

Odp.Tak

Pyt. 40 Dotyczy Pakietu 5, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania taśmy mocującej o wymiarach 49x9cm?

Odp.Tak

Pyt. 41 Dotyczy Pakietu 5, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie serwety operacyjnej o wymiarach 240x150cm?

Odp.Tak

Pyt. 42 Dotyczy Pakietu 6, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do operacji urologicznych o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 75x175 cm posiadająca dwa otwory (Ø 8 i Ø 6) i osłoną na palec do badania per rectum	75x175	1
2. osłony na kończyny	75x120	2
3. taśma samoprzylepna	9x49	1
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

Odp. Nie

Pyt. 43 Dotyczy Pakietu 6, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do operacji cystoskopii o następującym składzie:

- serweta główna o wymiarach 75x175 posiadająca otwór 9x15cm,
- serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190,
- pokrowce na kończyny dolne pacjenta 75x120 cm – 2 szt.?

Odp. Nie

Pyt. 44 Dotyczy Pakietu 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do elektroresekcji prostaty o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na pręcie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem, wraz z trokami do jego regulacji, oraz przewód do odprowadzania płynów	175x270x180	1
2. ręcznik chłonny	18x25	1
3. samoprzylepny organizator przewodów	9x18	1
4. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x190	1

oraz fartuch pakowany osobno? Prosimy też o wyjaśnienie, czy wymagany jest fartuch urologiczny, czy też standardowy chirurgiczny z wstawkami nieprzemakalnymi lub bez wstawek?

Odp. Nie

Pyt. 45 dot. pakietu nr4

Czy ze względu na powszechnie stosowane podczas zabiegów operacyjnych urządzenia elektrochirurgiczne oraz względy bezpieczeństwa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentowi jak i personelowi medycznemu- oferowane obłożenia, zgodnie z PN-EN 13795, powinny posiadać min. najniższą klasę palności tj. klasę I?

Odp. Nie

Pyt. 46 dot. pakietu nr 2

Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego użytkowanego przez dłuższy okres- oferowane obłożenia powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie (m.in. serwecie podstawowej) oraz opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu zabiegu- w tym także- w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp. Nie

Pyt. 47 dotyczy pakiet 4 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

- Serweta przylepna 250cm x 150cm
- serweta przylepna 183cm x 183cm
- 2 serwety przylepne 100cm x 75cm
- serweta na stół instrumentariuszki 200cm x 150cm
- serweta na stół Mayo 80cm x 145cm

- 4 serwetki do rąk

- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 55cm

Materiał serwet: materiał z włókien sztucznych, dwuwarstwowy (polipropylen i polietylen - laminat) , bez dodatku wiskozy i celulozy; gramatura materiału : 60 g/m²; I klasa palności wdl 16 CFR 1610; materiał niepylący, chłonny, odporny na działanie alkohol, antystatyczny, jednakowo, wysoce chłonny na całej powierzchni, bez wydzielonych stref krytycznych i mniej krytycznych; bez dodatku lateksu; zastosowany klej – klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału); obłożenia i serwety spełniają wymogi Normy EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym standardzie w obszarze krytycznym; minimalna odporność na przenikanie płynów 200cm H₂O; zestaw pakowany w opakowaniu papierowo-foliowym; na opakowaniu - poczwórna , samoprzylepna metka z kodem kreskowym, nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej serweta na stół Mayo: z włókniny wiskozowej o gramaturze 35g/m², laminowana folią polietylenową 54g/m² o grubości 60 um, spełniająca obowiązujące normy (PN-EN 13 795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym, palność – I klasa wdl 16 CFR 1610.

Odp. Nie

*Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak*