



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 01.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-81/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/92/PN-81/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tytanowych zacisków mocujących płat kostny czaszki po kraniotomii :

1. Zaciski do płata kostnego o średnicy 16mm i 20 mm , wykonane ze stopu tytanu , system zapadkowy ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu , sterylne , z otworem na drenaż , pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk , konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków z resorbowalnych mocujących płat kostny czaszki po kraniotomii :

1. Zaciski wchłaniające do płata czaszki wykonane z poliestru z mechanizmem zaciskowym wykonanym z niewchłaniającej nici chirurgicznej, czas absorpcji powyżej 1 roku, podtrzymanie płata po 8 - 12 tygodniach co najmniej 90 % pierwotnej siły scisku. Aplikacja zacisków bez użycia narzędzi. Zaciski pakowane sterylne pojedynczo w opakowaniach zbiorczych 6 szt. Węzeł zapadający się we wgłębieniu górnego talerzyka. Niski profil zacisków, kołeczki pozycjonujące zaciski w szczelinie kraniotomii. Średnica talerzyka zacisku 16 mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.