



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-81/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/92/PN-81/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do założenia przetoki nerkowej – rozmiar CH 10,5; CH 12 w składzie:

- standardowy cewnik z łagodnie zakrzywionym wydłużeniem;
- igła punkcyjna dwuczęściowa, 18 G, dł. 20 cm;
- prowadnik Lunderquista zabezpieczony tubą ochronną;
- komplet rozszerzadeł
- łącznik z małym lejkiem umożliwiający podłączenie worka na mocz.

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów w rozmiarach CH 4; 7,6; 7; 8 dł. 28/30 cm (takich jak do tej pory używanych przez Zamawiającego). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu z igłą punkcyjną bez rozrywanej koszulki.

Odp. Nie

Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik ma być skalowany co 1 cm dla dokładniejszego umiejscowienia w nerce?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodu w rozmiarze 4,8CH zamiast 5CH.

Odp. Tak

Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik ma łączyć z popychaczem za pomocą śródosioowego zamka, co pozwala na wykonanie pełnych manewrów cofania i obracania podczas zakładania? System ten ułatwia pracę operatora oraz oszczędza czas.

Odp. Niekoniecznie (opcjonalnie tak, jeśli nie – też dopuszczamy)

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zestaw ma posiadać worek do zbiórki moczu, sterylny 2l? Dodatkowy element zestawu nie podraża go a za to daje operatorom przy zabiegu.

Odp. Opcjonalnie tak.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar serwetki pod pośladki 50x50cm w miejsce 40x40cm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 10 i 11

Czy Zamawiający wymaga do zestawu opakowania typu twardy blister, które jednocześnie może pełnić funkcję pojemnika na płyn?

Odp. Tak