



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 05.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-81/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/92/PN-81/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarze G30x8mm i G31x8mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki do chirurgicznego mycia rąk przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w temp. 132 stopni nie dłużej niż 30 minut?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dot. pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

- worka z podziałką, o różnej pojemności w zależności od oczekiwań Zamawiającego – 2l, 5l, 8l, 12l. Wszystkie worki są wyposażone w bezzwrotną zastawkę i odpływ.
- Drenu łączącego: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm długości dla 2l oraz 100 cm długości dla pozostałych wersji) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)
- Trójdrożnego, szczelnego kranika ze wskaźnikami określającymi kierunek przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.
- kaniuli, której zastosowanie ogranicza w możliwy sposób bolesność zabiegu. Po wprowadzeniu przez powłoki brzuszne i późniejszym wysunięciu z miejsca wkłucia części metalowej kaniuli w ciele pacjenta pozostaje giętki atraumatyczny cewnik, który nie uraża narządów wewnętrznych.
- Igły kaniuli 16G (51 mm long) pakowana indywidualnie.
- Strzykawki do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kranika.

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie pojemności worka jakiej Państwo oczekują.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna, dolna z łąką chłonna o wym. 50x80cm i pojedynczym organizerm na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny, z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 240cm

Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerm na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm

Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 200 x 280cm

Serweta z otworem o średn. 10cm, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x50cm. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

z otworem o średnicy 10cm przylepnym

1x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta na stolik o wym. 150x190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta na stolik MAYO wzmocniona o wym. 80x140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x Serweta z wycięciem U o wym. 150x200 cm

Serweta , z wycięciem U o wym. 6x65cm przylepnym, łąką chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, 2ma organizatorami na przewody. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta 3-warstwowa przylepna. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1x Serweta o wym. 75x90cm

Serweta 2-warstwowa samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

1x Taśma przylepna o wym. 10x50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30cmx30cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet 8, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści jałowe serwety pakowane w opakowaniu papier-folia i w karton zbiorczy?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet 8, pozycja 4-5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 i 5 do osobnego zadania? Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepną z folii 2 komorową w rozmiarze 30x40cm: 1 komora 15x30cm, 2 komora 25x30cm?

Odp. Nie

Pytanie 11, dot. pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 7-8 do osobnego zadania? Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 12, dot. pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany dodatkowo w włókninę, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Jeżeli cena nie będzie wyższa.

Pytanie 13, dot. pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 8 do osobnego zadania? Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Umożliwi nam to złożenie korzystnej cenowo oferty, co pozwoli Państwu na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów.

Odp. Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 15, dot. pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

- 1 x miska nerkowata
- 1 x taca z 5 tamponami , w kształcie śliwki
- 2 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe
- 1 x sterylne szczypce, niebieskie
- 1 x obłożenie z wcięciem 60 x60 cm
- 2 x rękawice lateksowe, rozmiar M, bezpudrowe
- 1 x wodoodporny podkład 60x60cm?

Odp. Tak jak w SIWZ.