



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 06.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/89/PN-78/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi – Zp/89/PN-78/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Wziernik uszny Hartmann, dla dzieci i dorosłych średnica 3,5 mm, dł. 3,7 cm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Wziernik uszny Hartmann, dla dzieci i dorosłych średnica 5 mm, dł. 3,7 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakietu nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki uszne Mikro, proste, 4mm x 0,8 mm dł. 75mm z rękojeścią jak na ilustracji poniżej.





ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakietu nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę Lampert, ostrą, Fig.0 (2,8mm), dł. 21,5cm?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wziernik nosowy Hartmann-Halle, 28mm, dł. 15cm?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wziernik nosowy Tieck-Halle, pediatryczny, prosty 18mm, dł. 13,5cm?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakietu nr 7, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podważkę do przegrody nosowej Frerr, 5/5mm, ostro/tępa, dł. 20,5cm?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu nr 7, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga szpatulek sterylnych czy niesterylnych?

Odp. Niesterylne

Pytanie 9, dot. pakietu nr 7, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści lusterko krtaniowe z rękojeścią, Fig.6, śr 22mm, dł. 17,5mm?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 7, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści lusterko krtaniowe z rękojeścią, Fig.7, śr 24mm, dł. 17,5mm?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 7, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu MAYO – utwardzane, dł. 14,5cm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakietu nr 7, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną, uszno-nosową Jansen (Grunwenwald), bagnetową, dł. 16cm?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakietu nr 7, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki uszne Mikro, proste, gładkie, 3,5mm x 0,6 mm dł. 75mm?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakietu nr 7, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki ssak typu Fergusson śr. 2 i 2/3mm?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu nr 7, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki ssak typu Fergusson śr. 3 i 1/3mm?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu nr 7, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki ssak typu Plester, śr. 3 i 1/3mm dł. części roboczej 12cm, dł. 17cm?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu nr 7, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki ssak typu House, z adapterem luer i końcówkami o długości robocze 70mm i średnicy w zakresie 0,6mm – 3mm do wyboru?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakietu nr 7, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści nożyczki preparacyjne, ostrza krótkie, wygięte, dł. 9cm?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 19, dot. pakietu nr 7, poz. 23

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Rosen?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu nr 7, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści kaniulę ssącą Eicken śr. 2,5mm dł. 10cm?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści młotek Hajek dł. 215mm, średnica głowicy 27mm, waga 140g?

Odp. Nie

Pytanie 22, dot. pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 12cm, szczęka owalna z otworem o szerokości 3,5mm?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 12cm, szczęka owalna z otworem o szerokości 4,5mm?

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 12cm, szczęka owalna z otworem o szerokości 3,5mm?

Odp. Nie

Pytanie 25, dot. pakietu nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum zagięte, utwardzane, dł. 145mm, nie czernione, połączone chwyt (ringi)?

Odp. Nie



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 26, dot. pakietu nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Metzenbaum-Nelson zagięte, utwardzane, dł. 180mm, nie czernione, połączone chwyt (ringi)?

Odp. Nie

Pytanie 27, dot. pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści imadło De Bakey dł. 180mm, szczeka 0,4mm, połączone chwyt (ringi)?

Odp. Nie

Pytanie 28, dot. pakietu nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści imadło Halsey, dł. 130mm, szczeka gładka, połączone chwyt (ringi)?

Odp. Nie

Pytanie 29, dot. pakietu nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści nożyczki Toennis-Adson preparacyjne, odgięte, dł. 170mm?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakietu nr 2, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści kleszcze mikulicz dł. 200mm, zęby 1 x 2?

Odp. Nie

Pytanie 31, dot. pakietu nr 2, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści migdałotrzymacz Blohmke dł 20cm?

Odp. Nie

Pytanie 32, dot. pakietu nr 2, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści dłuto Killian dł 16cm, szerokość ostrza 5mm?

Odp. Nie

Pytanie 33, dot. pakietu nr 2, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści dłuto nosowe Cottle długość 200mm, szerokość ostrza 9mm?



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Odp. Nie

Pytanie 34, dot. pakietu nr 2, poz. 20

Czy Zamawiający może doprecyzować określenie Respator?

Odp. Raspator

Pytanie 35, dot. pakietu nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści dłuto Walter dł. 190mm szer. 3mm?

Odp. Tak

Pytanie 36, dot. pakietu nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści dłuto Walter dł. 190mm szer. 4,5mm?

Odp. Nie

Pytanie 37, dot. wzoru umowy § 5 ustęp 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przeniesienie wierzytelności z niniejszej umowy było możliwe jedynie za jego zgodą wyrażoną na piśmie?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 38, dot. wzoru umowy § 6 ustęp 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze?

Odp. W dniu 05.12.2011 r. zamieszczono zmianę dot. wzoru umowy.

Pytanie 39, dot. wzoru umowy § 7 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu dostawy były liczone od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, gdyż kary umowne liczone od wartości brutto całej umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 40, dot. wzoru umowy § 7 ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu przystąpienia do naprawy były liczone od wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką, gdyż kary umowne



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

liczone od wartości brutto całej umowy są niewspółmiernie wysokie i nie przystają do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 41, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki chwytające półelastyczne o średnicy 5Fr, długość 600 mm?

Odp. Nie

Pytanie 42, dot. pakietu nr 6

Ze względu bardzo ogólny opis kleszczyków moczowodowych do URS, prosimy o podanie: długości kleszczyków, średnicy lub do jakiego kanału mają wejść kleszczyki, czy kleszczyki mają być elastyczne czy półelastyczne, charakterystykę bransz.

Odp. Kleszczyki półelastyczne max 4H, 1. do biopsji 50 cm długie, 2. do ciał obcych (krokodylki) 60 cm.