



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 07.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/89/PN-78/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi – Zp/89/PN-78/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Młotek Hajek dł. 210 mm, średnica głowicy 27 mm, waga 140g ?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 120 mm, szczęka owalna z otworem o szer. 3,6 mm?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakietu nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 120 mm, szczęka owalna z otworem o szer. 4,5 mm

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Odgryzacz Weil-Blakesley prosty dł. 120 mm, szczęka owalna z otworem o szer. 3,5mm ?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakietu nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Imadło Debakey dł. 165mm, szczęka 0,3 mm, połączone chwyt (ringi) ?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 6, dot. pakietu nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści Imadło Debakey dł. 180 mm, szczeka 0,3 mm, połącane chwytty (ringi)?

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakietu nr 2, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści migdałkotrzymacz Abracham dł. 200 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakietu nr 2, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści Dłuto Killian dł. 160mm?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Wziernik uszny Hartmann, dla dzieci i dorosłych, fig. 2, śr. 3,0 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Wziernik uszny Hartmann, dla dzieci i dorosłych, fig. 3, śr. 5,0 mm ?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 1, dł. 15 cm?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający Wziernik nosowy pediatryczny prosty, fig 1 , dł. 13 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakietu nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Podwyżkę do przegrody nosowej Freer, ostro/tępa, dł. 19 cm szer. 4mm ?

Odp. Tak



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 14, dot. pakietu nr 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści Pęsetę anatomiczną, uszno-nosowa Gruenwald, bagnetowa, dł. 16 cm?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakietu nr 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści Proste nożyczki naczyniowe 11,5 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakietu nr 9, poz. 4

Czy zamawiający dopuści Nożyczki proste tkankowe 14,5cm ?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakietu nr 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści Hak automatyczny prosty 4 zębny tępy 20cm?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. pakietu nr 9, poz. 6

Czy zamawiający dopuści Hak automatyczny prosty 4 zębny tępy 19,5cm?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakietu nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Dłuto osteotom lexer – 280 mm/10 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakietu nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Dłuto osteotom lexer – 25 mm/15 cm?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakietu nr 11, poz. 12

Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

Odp. Część robocza 8 mm, lekko zakrzywiony dł. 23 cm.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Pytanie 22, dot. pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający zaakceptuje dysektor długości 14 cm?

Odp. Nie

Pytanie 23, dot. pakietu nr 9, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jako dysektor mały długość 14 cm zamiast 12 cm?

Odp. Tak.