



ISO 9001



Akredytacja CMJ

**Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych**

tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 19.12.2011 r

DZPZ-530-Zp/95/PN-83/11

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu do krioterapii oraz aparatu elektrokardiograficznego” – Zp/95/PN-83/11.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, pakiet nr 1.

Czy Zamawiający dopuści aparat o parametrach:

1. Objętość zbiornika : 26 litrów (21,1kg).
2. Temperatura strumienia gazu : $-100^{\circ}\text{C} \div -150^{\circ}\text{C}$ (przy wylocie dyszy).
3. Zużycie ciekłego azotu : $\sim 0,032 \text{ kg/min}$ (nadmuch minimum), $\sim 0,13 \text{ kg/min}$ (nadmuch maksimum).
4. Bezpieczeństwo: Klasa I, Stopień B.
5. Bezpieczniki: 2 x 630 mA.
6. Masa urządzenia : 23,5 kg (bez Dewara).
7. Wymiary: 982 x 740 x 470 mm.

Odp. Nie.