



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

*tel. 74/64 89 600
www.zdrowie.walbrzych.pl*

*fax 74/ 64 89 746
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

DZPZ-530-Zp/95/PN-83/11

Wałbrzych, 22.12.2011r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę aparatu do krioterapii oraz aparatu elektrokardiograficznego”.

-Zp/95/PN-83/11

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr sprawy Zp/95/PN-83/11, zwracam się z prośbą o uściślenie, jakiego rodzaju sprzęt medyczny jest przedmiotem niniejszego postępowania, gdyż ze specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do SIWZ wynika, iż chodzi o aparat echokardiograficzny, natomiast w nazwie postępowania użyto terminu „aparat elektrokardiograficzny”. Nazwy wymienionych urządzeń nie są tożsame.

Odp. Przedmiotem zamówienia pakiet nr 2 jest Aparat echokardiograficzny przenośny.

Pyt. 2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy obydwa urządzenia będące przedmiotem postępowania znajdują się w jednym pakiecie, czy w dwóch odrębnych? Zamawiający w pkt. I SIWZ określa liczbę pakietów- 1, po czym wymienia pakiet nr 1- aparat do krioterapii ciekłym azotem oraz pakiet nr 2- aparat elektrokardiograficzny przenośny oraz nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Odp. Oba urządzenia będące przedmiotem zamówienia znajdują się w dwóch odrębnych pakietach:

Pakiet nr 1- Aparat do krioterapii ciekłym azotem+ zbiornik 26L

Pakiet nr 2- Aparat echokardiograficzny przenośny.

*p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. Romuald Komandowski*

