



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 27.12.2011 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-81/11

SPROSTOWANIE DO WYNIKU – pakiet nr 4

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku - Zp/92/PN-81/11.

W nawiązaniu do wyniku z dnia 12.12.2011 r. dotyczącego postępowania przetargowego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, Zamawiający informuje iż zaistniała pomyłka w następującym pakiecie:

Było :

Dla pakietu nr 4 : Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 69 336,00 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt.

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem:
oferta nr 5 :

SYNTHESES Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z ceną brutto : 77 922,00 **zł**, która w kryterium cena uzyskała **88 pkt**.

winno być :

Dla pakietu nr 4 : SYNTHESES Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z ceną brutto : 77 922,00 **zł**, która w kryterium cena uzyskała **100 pkt**.

Wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl jest odrzucony z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W punkcie 1 Zamawiający wymagał zacisków tytanowych, o średnicy 18-22 mm, z maksymalnym skokiem co 5 mm, z ząbkami lub bez, zakładanych przy pomocy jednego narzędzia natomiast w Państwa ofercie wykonany jest ze stropu tytanu, w wersji tylko z ząbkami, zakładany przy pomocy zestawu narzędzi.

W punkcie 2 Zamawiający wymagał zacisków resorbowalnych, ulegających resorpcji w okresie 1 roku, o średnicy 18-20 mm, zakładanych za pomocą jednego narzędzia z zabezpieczeniem przeciw wysuwaniu się zacisków, natomiast w Państwa ofercie posiada średnicę



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

11 i 16 mm i składa się z resorbowalnych dysków sznurowanych za pomocą nieresorbowanych nici a nie implantowanych za pomocą jednego narzędzia.

Uzasadnienie wyboru:

pakiet nr : 4 - jedna złożona oferta

Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - nie wcześniej jednak niż dnia **02.01.2012 r.**

Załącznik:
- rozdzielnik

ROZDZIELNIK
Wykonawcy w postępowaniu:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
2. SYNTHES Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa