

Wałbrzych 08.05.2008 r.

DZPZ/98/AR/05/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę:

- 15 szt. kardiowerterów defibrylatorów jednojamowych z elektrodami i osprzętem koniecznym do implantacji,
- 8 szt. kardiowerterów defibrylatorów dwujamowych z elektrodami i osprzętem koniecznym do implantacji Zp/23/PN-16/08.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pak. 1 i pak. 2 pkt 3

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy i dwujamowy z okresem sterylizacji min. 6 m-cy ?

Odp. Nie.

Pyt. - pak. 1 i pak. 2 pkt 23

Czy Zamawiający przez pomiar trendów rozumie liczniki - epizodów VT i VF, terapii wysokonapięciowych i tempa skurczu komór w czasie epizodów VT/VF ?

Odp. Tak.

Pyt. - pak. 1 i pak. 2 pkt 18

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylator jednojamowy i dwujamowy bez możliwości automatycznej sygnalizacji uszkodzenia elektrody ?

Zaoferowany przez naszą firmę sprzęt posiada opcję tzw Home Monitoring czyli przesyłania informacji natomiast niezbędny do tej funkcji jest dodatkowo zakupiony Cardiomessenger.

Pyt. - pak. 1 i 2 pkt 19

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy i dwujamowy bez automatycznej sygnalizacji ERI ?

Zaoferowany przez naszą firmę sprzęt posiada opcję tzw Home Monitoring czyli przesyłania informacji natomiast niezbędny do tej funkcji jest dodatkowo zakupiony Cardiomessenger.

Odp.– pak. 1 i pak. 2, pkt. 18 i 19. Tak, ale jeśli każdy zakupiony przez nas kardiowerter-defibrylator będzie wyposażony w Cardiomessenger niezbędny do pracy w opcji tzw. Home Monitoringu.

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala